

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
3	差压开关	329540-SKWGX9 2.5-8.0 PSID 125PSI--1000PSI	台	3	一年	要求 2025.08. 31 前到货

二、适用范围及环境

用于测量火电厂发电机定冷水冷却水流量差压。

三、主要技术参数及要求

329540-SKWGX9 2.5-8.0 PSID 125PSI--1000PSI 输出频率：
50kHz 工作电压：220V 产品认证：IOS9001 产品要求原装正品，提供产品合格证、质量保修卡及检验证书和生产日期。

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损坏，供应商需提供免费的维修及更换服务。

七、检验要求：

包装规范，无开封，提供使用说明书，产品规格型号与所报的规格型号一致，质量过关，能够适和现场使用。

（各采购主体根据自身实际情况，确定技术要求具体条款，否决性指标应明确，并标注“*”）

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
23	差压变送器	3051DP1A62A1BB4M5H R5 0-0.246KPa	台	2	一年	要求 2025.08. 31 前到货

二、适用范围及环境

用于测量火电厂炉膛负压。

三、主要技术参数及要求

0-0.246KPa 4-20mA，采用 HART 协议，总体性能:±0.15%，精

度:±0.075%，316L 不锈钢材质，提供防伪证明，最新生产日期。

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损坏，供应商需提供免费的维修及更换服务。

七、检验要求：

包装规范，无开封，提供使用说明书，产品规格型号与所报的规格型号一致，质量过关，能够适和现场使用。

（各采购主体根据自身实际情况，确定技术要求具体条款，否决性指标应明确，并标注“*”）

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
15	气动压力开关	0880334 G1/4 接头 工作压力范围在 0.5bar 和 8bar 之间 额定电压:220V 额定 电流:10A 驱动:隔膜 开关频率:100 per min 过压:80 bar 重 复精度:3.00% 电气 连接:DIN EN 175301-803 Form A	个	5	一年	要求 2025.08. 31 前到货

二、适用范围及环境

用于利用压力连接和断开电子电路。

三、主要技术参数及要求

镀金触头 防护等级：IP65 工作压力范围在 0.5bar 和 8bar 之间 额定电压：220V 额定电流：10A 驱动：隔膜 开关频率：100 per min 过压：80 bar 重复精度：3.00% 电气连接：DIN EN 175301-803 Form A。

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
9	加热探杆	"114091-06350590 热电阻 220V L=1.6 米 （需提供授权证 明）配合现场安装、 调试	根	1	一年	要求 2025.08. 31 前到货

二、适用范围及环境

配套现场 CEMS 原烟气监测气体加热使用。

三、主要技术参数及要求

114091-06350590 热电阻 220V L=1.6 米 配合现场安装、调试。

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损坏，供应商需提供免费的维修及更换服务。

七、检验要求：

包装规范，无开封，提供使用说明书，产品规格型号与所报的规格型号一致，质量过关，能够适和现场使用。

（各采购主体根据自身实际情况，确定技术要求具体条款，否决性指标应明确，并标注“*”）

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
7	PH 电极	CPS11D-7BA21 (E+H)	支	4	一年	要求 2025.08. 31 前到货

二、适用范围及环境

现场脱硫浆液 PH 实时监测。

三、主要技术参数及要求

测量范围：PH 0--14 过程温度：最高 135℃ 过程压力：最大 16bar

防护等级：IP68。

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损坏，供应商需提供免费的维修及更换服务。

七、检验要求：

包装规范，无开封，提供使用说明书，产品规格型号与所报的规格型号一致，质量过关，能够适和现场使用。

（各采购主体根据自身实际情况，确定技术要求具体条款，否决性指标应明确，并标注“*”）

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
6	料位控制器	S300-W3 220V 金属控制前端需使用厚度到达 10mm 的不锈钢材质制作，成 T 型焊接加工	个	2	一年	要求 2025.08.31 前到货

二、适用范围及环境

适用于给煤机堵煤开关。

三、主要技术参数及要求

金属控制前端需使用厚度到达 10mm 的不锈钢材质制作，金属控制前端需使用厚度到达 10mm 的不锈钢材质制作，成 T 型焊接加工。

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损坏，供应商需提供免费的维修及更换服务。

七、检验要求：

包装规范，无开封，提供使用说明书，产品规格型号与所报的规格型号一致，质量过关，能够适和现场使用。

（各采购主体根据自身实际情况，确定技术要求具体条款，否决性指标应明确，并标注“*”）

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
4	电涡流传感器	PR6423/010-140（10米延长线）	个	1	一年	要求 2025.08.31前到货

二、适用范围及环境

适用于汽轮机轴振测量，在油环境中浸泡，温度在+5℃…+180℃

三、主要技术参数及要求

- 1、（10米延长线）探头耐油，延长线耐油，无中间接头，满足现场测量需求，提供最新生产日期。
- 2、使用在东方汽轮机轴瓦测量振动。汽轮机型号CZK350/271-24.2/0.36/566/566

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损坏，供应商需提供免费的维修及更换服务。

七、检验要求：

包装规范，无开封，提供使用说明书，产品规格型号与所报的规格型号一致，质量过关，能够适合现场使用。

（各采购主体根据自身实际情况，确定技术要求具体条款，否决性指标应明确，并标注“*”）

技术要求（单项物资名称）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
3	差压开关	329540-SKWGX9 2.5-8.0 PSID 125PSI--1000PSI	台	3	一年	要求 2025.08. 31 前到货

二、适用范围及环境

用于测量火电厂发电机定冷水冷却水流量差压。

三、主要技术参数及要求

329540-SKWGX9 2.5-8.0 PSID 125PSI--1000PSI 输出频率：
50kHz 工作电压：220V 产品认证：IOS9001 产品要求原装正品，提供产品合格证、质量保修卡及检验证书和生产日期。

四、证件要求：

提供产品合格证、质量保修卡及检验证书。

五、包装及运输要求：

货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任。

六、供货及售后服务要求：

供货商提供产品保修服务，对于因产品质量问题引起的故障或损坏，供应商需提供免费的维修及更换服务。

七、检验要求：

包装规范，无开封，提供使用说明书，产品规格型号与所报的规格型号一致，质量过关，能够适和现场使用。

（各采购主体根据自身实际情况，确定技术要求具体条款，否决性指标应明确，并标注“*”）