

艾滋病实验室能力提升设备采购(二次)

评审情况表

项目编号：N5115012025000276

2025年08月25日

序号	供应商名称	是否通过资格审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	评审结果
1	四川中恒有康商贸有限公司	是	是	/	否	第一成交候选人：铄喆（上海）科技有限公司； 报价金额：艾滋病实验室能力提升设备采购： 439,380.00元。
2	美易华供应链管理（成都）有限公司	是	是	/	否	
3	铄喆（上海）科技有限公司	是	是	/	否	
4	拾节科技（成都）有限公司	是	否	全自动蛋白免疫印记仪招标文件技术参数中要求：配备温控模块，为实验提供精确的温度条件。整板均匀加热，孵育位温控范围为 20~55℃，以 0.1℃为最小调节单位，温度值在设定的±1.0℃内。 投标应答为：配备温控模块，为实验提供精确的温度条件。整板均匀加热，孵育温度室温、30℃、37℃、45℃可调。 未能实质性满足招标文件要求。	否	第二成交候选人：美易华供应链管理（成都）有限公司； 报价金额：艾滋病实验室能力提升设备采购： 447,174.00元。 第三成交候选人：四川中恒有康商贸有限公司； 报价金额：艾滋病实验室能力提升设备采购： 488,000.00元。