

# 马鞍山市政府采购项目

## 公开招标文件

项目编号：MASZZJY-1-H-2022-1036

项目名称：含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统（DSA）采购项目

采购人：含山县人民医院

采购代理机构：安徽科睿工程项目管理有限公司

二〇二二年十二月

## 目 录

|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 第一章 | 招标公告.....          | 2  |
| 第二章 | 投标人须知前附表.....      | 7  |
| 第三章 | 投标人须知.....         | 16 |
| 第四章 | 政府采购合同格式.....      | 27 |
| 第五章 | 采购内容及总体要求 .....    | 33 |
| 第六章 | 投标文件格式.....        | 44 |
| 第七章 | 评标办法.....          | 60 |
| 第八章 | 系统提交投标文件及有关要求..... | 68 |

# 第一章 含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 采购项目招标公告

## 项目概况

含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 采购项目的潜在投标人应在马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件, 并于 2022 年 12 月 29 日 9 时 00 分 (北京时间) 前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: MASZZJY-1-H-2022-1036

项目名称: 含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 采购项目

预算金额: 750 万元

最高限价: 750 万元

采购需求: 拟为介入中心采购 DSA1 套, 具体内容详见招标文件。

合同履行期限: 自合同签订之日起 60 日内供货安装完毕。

本项目是否接受联合体投标: 否

## 二、申请人的资格要求

1、具有法人资格;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 本项目是否专门面向中小企业: 否

2.1.1 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条规定, 为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下: 本项目为医疗设备采购, 医疗设备生产需要专业技术。按照本办法规定预留采购份

额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

2.1.2 如对此项内容有疑问，可通过书面形式（纸质提交或登录马鞍山市公共资源交易系统在线提交）进行质疑。具体要求详见招标文件中“质疑与投诉”内容。

3、本项目的特定资格要求：投标人须提供涵盖所报医疗器械的生产（或经营）企业许可证（有效期内）和辐射安全许可证（有效期内）。

4、投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）投标人或其法定代表人或配备项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

5、已从马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件。

6、投标人须符合下列情形之一（不良行为记录以《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》（马公管〔2016〕35号）为准）：

（1）开标日前两年内未被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满5分的。

（2）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达5分到9分(含9分)且公布日距开标日超过3个月。

（3）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累

计记分达 10 分到 19 分(含 19 分)且公布日距开标日超过 6 个月。

(4) 最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达 20 分到 29 分(含 29 分)且公布日距开标日超过 12 个月。

(5) 最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分 30 分以上(含 30 分)且公布日距开标日超过 24 个月。

### 三、获取招标文件

时间：即日起至 2022 年 12 月 19 日 17 时 30 分（北京时间）。

地点：马鞍山市公共资源交易系统

方式：进入马鞍山市公共资源交易系统获取

售价：免费

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年 12 月 29 日 9 时 00 分（北京时间）。

地点：含山县公共资源交易中心第二开标室（含山县望梅路与褒禅山路交叉口县住建局大楼一楼东侧）。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本项目需落实的（节能环保、中小微型企业扶持）等相关政府采购政策详见招标文件。

2、获取招标文件和其他相关资料时间期限：同招标文件获取时间。

3、本项目不收取投标保证金。

4、获取招标文件注意事项：（1）投标人进入马鞍山市公共资源交易中心网

(网址: <http://zbcg.mas.gov.cn>) 办理网上用户登记, 然后登录马鞍山市公共资源新版交易系统(<http://zbcg.mas.gov.cn/TPBidderNew/>) 获取招标文件和其他相关资料。网上用户登记详见《马鞍山市公共资源电子化交易网上用户登记流程须知》。(2) 如本项目有两个或两个以上包别, 投标人参加其中任何一个包别的投标, 必须从马鞍山市公共资源交易系统获取该包别的招标文件和其他相关资料。(3) 网上资料获取、投标技术支持联系电话: 400-998-0000, 0555-5200194。

5、电子投标文件制作: 详见《马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册》, 网址: <http://zbcg.mas.gov.cn/masggzy/0be0099b-bc8b-4033-88d5-8ed94c8522d1/85681480-2d0f-4b0d-b9f4-bb8e42e536c5/马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册.docx>

6、根据《关于积极应对疫情做好公共资源交易工作保障经济平稳运行的通知》(马公管办〔2020〕10号) 文件要求, 本项目采取投标人远程解密的方式解密电子投标文件, 投标人不得派代表前往开标现场。若本项目有现场陈述、现场演示等要求, 详见招标文件。

## 七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

### 1、采购人信息

名称: 含山县人民医院

地址: 安徽省马鞍山市含山县环峰镇仙踪路和长山路交叉处

联系方式: 范武 15905651920

### 2、采购代理机构信息

名称: 安徽科睿工程项目管理有限公司

地址: 含山县凤凰城北区 16 号 106 室

联系方式：18315595878、17330667853

### 3、项目联系方式

项目联系人：刁天山、李洁

电话：18315595878、17330667853

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目名称：详见招标公告<br>项目编号：详见招标公告                                                                                                                                                    |
| 2  | 采购人信息：详见招标公告                                                                                                                                                                  |
| 3  | 采购代理机构信息：详见招标公告                                                                                                                                                               |
| 4  | 投标文件提交截止时间：详见招标公告<br>投标文件提交地点：详见招标公告                                                                                                                                          |
| 5  | 开标时间：详见招标公告<br>开标地点：详见招标公告                                                                                                                                                    |
| 6  | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告                                                                                                                                                           |
| 7  | 本项目预算金额及最高限价：详见招标文件，资金已落实。                                                                                                                                                    |
| 8  | <p>本项目是否允许采购进口产品：<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>（1）进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。</p> <p>（2）若本项目不允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的，其投标无效。</p> |
| 9  | <p>投标人是否需要交纳投标保证金：详见招标公告</p> <p>户名、开户行、账号、金额：详见招标公告</p> <p>投标保证金有效期：同投标有效期</p> <p>其他要求：详见招标文件</p>                                                                             |
| 10 | <p>本项目是否为专门面向中小企业采购：详见招标公告</p> <p>若本项目为专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其资格审查不通过。</p>                                                                                            |
| 11 | 1、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部                                                                                                                                              |

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照规定磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2、依据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、**《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）**、《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化厅转发财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（皖财购〔2020〕1668号）、《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）有关规定：

①非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的所报价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

③接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予 4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件），视同为小型、微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受中小企业扶持政策。

4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>享受中小企业扶持政策。</p> <p>5、本项目将随成交结果公告同时公告成交供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>6、供应商对《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》真实性负责。</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | <p>告知招标结果的形式（对通过资格审查和符合性检查但未中标的投标人，采购代理机构将告知其本人的评审得分与排序，采购代理机构通过下列任意一种形式告知）：</p> <p>1、系统告知：投标人自行登录马鞍山市公共资源交易系统查看（马鞍山市公共资源交易中心网（网址：<a href="http://zbcg.mas.gov.cn">http://zbcg.mas.gov.cn</a>）-选择“交易平台”登录。技术支持联系电话详见招标公告。）</p> <p>2、邮箱告知：投标人自行登录其在投标文件中提供的“委托代理人电子邮箱”查看。</p> <p>3、电话告知：通过投标人在投标文件中提供的“委托代理人手机号码”或“法定代表人手机号码”告知。</p> |
| 13 | <p>本项目不接受分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）参与投标，银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业除外。</p> <p>注：</p> <p>（1）分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的负责人视同法定代表人。</p> <p>（2）分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的上级单位缴纳的投标保证金，视同投标人交纳。</p> <p>（3）分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）进行中小企业声明的，不进行价格扣除。</p>                                                                                                           |
| 14 | <p>投标有效期：投标文件提交截止时间后 90 天</p> <p>投标文件提交截止时间：同投标文件提交截止时间</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 投标样品递交：不需要                                                                                                                                                  |
| 16 | 投标人需在投标截止时间前，通过马鞍山市公共资源交易系统提交且系统接收成功的电子投标文件。                                                                                                                |
| 17 | 免费质保期：招标文件中所提免费质保期是针对投标人提供的所有货物的所有组成要件，包括所有设备（主材）、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等，招标文件有特别规定的除外。                                                                       |
| 18 | 现场考察（标前答疑会）：不组织，投标人自行考察。<br>注：如投标人不考察或考察现场不仔细，所造成的一切后果由投标人自行承担。                                                                                             |
| 19 | 评审过程中，评委会认为投标人的总投标价明显低于其他通过符合性审查投标人的总投标价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间（合理的时间由评委会评审现场确定）内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能提供说明（或相关证明材料），或虽提供但未被评委会接受的，评委会应当将其作为投标无效处理。 |
| 20 | 本项目实行系统提交投标文件，关于系统提交投标文件的规定详见“第八章 系统提交投标文件及有关要求”。                                                                                                           |
| 21 | 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；如有其它特别说明，按特别说明执行。                                                                                               |
| 22 | 本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书；如有其它特别说明，按特别说明执行。                                                                                        |
| 23 | 本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者等。                                                                                                                             |
| 24 | 投标人在投标文件中提供的资质（资格）证书、认证证书、注册执业证书、许可证书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其规定。投标人在投标文件中提供了相关证明材料，或                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 经询标被评标委员会认定符合相关规定的，评标委员会应予以认可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | 联合体参加投标的，除联合体协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，涉及到投标人盖章的，均为独立投标人或联合体牵头人盖章；涉及到法定代表人签字（或盖章）的，均为独立投标人或联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）。                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | 投标人参与本次招标所提供的资料（包含投标人投标文件响应的内容及提供的资料）都是真实的，并可以进一步提供与本次招标有关的资质证书及其他资料（包含投标人投标文件响应的内容及提供的资料）的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消中标候选人或中标人资格，且投标人承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市投标或被限制参与政府采购活动等后果。                                                                                                                                                                |
| 27 | 除招标文件中明确要求投标人在投标文件中提供的资料外，其他资料由投标人自行决定是否在投标文件中提供。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | <p>若本项目招标文件中要求<b>投标人配备人员</b>提供社保证明材料的，为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）：</p> <p>①社保缴款凭证。</p> <p>②人社部门（或税务部门）官方网站查询的缴费记录截图。</p> <p>③人社部门（或税务部门）出具的证明材料。</p> <p>④与投标人有直接隶属关系的机构缴纳的社保视同投标人缴纳，但须提供有关证明材料。</p> <p>⑤法定代表人参与项目的，无需提供法定代表人的社保证明材料，提供身份证明材料即可。</p> <p>⑥如投标人为事业单位，也可以提供由人社部门出具的人事关系在投标人单位的证明材料。</p> <p>⑦如投标人配备人员为退役军人，须提供退役军人相关证明材料及投标人</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 与该人员签订的用工合同扫描件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29 | <p>不良信用记录</p> <p>(1) 投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：</p> <p>①投标人被人民法院列入失信被执行人的；</p> <p>②投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；</p> <p>③投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；</p> <p>④投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；</p> <p>⑤投标人或其法定代表人或配备项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。</p> <p>(2) 以上第①-④项不良信用记录通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）查询（以中国政府采购网查询结果和“信用中国”网站中“信用信息报告”查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目开标当日，采购人应当对所有投标人进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。</p> <p>(3) 联合体投标的，联合体任何一方存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> |
| 30 | <p><b>本项目履约保证金：</b></p> <p>(1) 金额：</p> <p><input type="checkbox"/> 免收</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 合同价的 2%</p> <p><input type="checkbox"/> 定额收取：人民币/元</p> <p>(2) 支付方式：<input checked="" type="checkbox"/> 转账/电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 支票 <input checked="" type="checkbox"/> 汇票 <input checked="" type="checkbox"/> 本票 <input checked="" type="checkbox"/> 保险 <input checked="" type="checkbox"/> 保函</p> <p>(3) 收取单位：含山县人民医院</p> <p>(4) 缴纳时间：合同签订前</p>                                                                          |

|                        | <p>(5) 退还时间：项目验收合格结束后 10 日内无息退还。如为保函形式提交的，保函有效期到期后自动消灭。</p> <p>注意事项：</p> <p>(1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。</p> <p>(2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>(3) 对于信用好的供应商，采购人可免收履约保证金或降低缴纳比例。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|------------------|--------|------------------------|--------|-------------|--------|
| 31                     | <p>本项目是否交纳采购代理服务费： <input checked="" type="checkbox"/>是； <input type="checkbox"/>否</p> <p>代理费收费标准：</p> <p>(1) 投标人总报价中应考虑采购代理服务费；</p> <p>(2) 中标候选人被确定为中标人后，须在领取中标通知书之日起 3 个工作日内向安徽科睿工程项目管理有限公司支付采购代理服务费。</p> <p>(3) 采购代理服务费以中标金额为计算基数，按下表规定计算 后向中标人收取。</p> <p>(4) 采购代理服务费收费计算示例</p> <table><tr><th>中标金额</th><th>费率</th><th rowspan="8">按差额定率累进法计算：<br/>若成交金额为 700 万元，计算<br/>采购代理服务费如下：<br/>100*1.5%=1.5 万元；<br/>(500-100)*1.1%=4.4 万元<br/>(700-500)*0.8%=1.6 万元<br/>应收采购代理服务费为 7.5 万<br/>元。<br/>注：采购代理服务费不足 3000<br/>元的，按 3000 元收取。</th></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.5 %</td></tr><tr><td>100 万元-500 万元</td><td>1.1 %</td></tr><tr><td>500 万元-1000 万元</td><td>0.8 %</td></tr><tr><td>1000 万元-5000 万元</td><td>0.5 %</td></tr><tr><td>5000 万元-10475 万元</td><td>0.25 %</td></tr><tr><td>10475 万元-104750 万<br/>元</td><td>0.05 %</td></tr><tr><td>104750 万元以上</td><td>0.01 %</td></tr></table> | 中标金额                                                                                                                                                                                | 费率 | 按差额定率累进法计算：<br>若成交金额为 700 万元，计算<br>采购代理服务费如下：<br>100*1.5%=1.5 万元；<br>(500-100)*1.1%=4.4 万元<br>(700-500)*0.8%=1.6 万元<br>应收采购代理服务费为 7.5 万<br>元。<br>注：采购代理服务费不足 3000<br>元的，按 3000 元收取。 | 100 万元以下 | 1.5 % | 100 万元-500 万元 | 1.1 % | 500 万元-1000 万元 | 0.8 % | 1000 万元-5000 万元 | 0.5 % | 5000 万元-10475 万元 | 0.25 % | 10475 万元-104750 万<br>元 | 0.05 % | 104750 万元以上 | 0.01 % |
| 中标金额                   | 费率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 按差额定率累进法计算：<br>若成交金额为 700 万元，计算<br>采购代理服务费如下：<br>100*1.5%=1.5 万元；<br>(500-100)*1.1%=4.4 万元<br>(700-500)*0.8%=1.6 万元<br>应收采购代理服务费为 7.5 万<br>元。<br>注：采购代理服务费不足 3000<br>元的，按 3000 元收取。 |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
| 100 万元以下               | 1.5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
| 100 万元-500 万元          | 1.1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
| 500 万元-1000 万元         | 0.8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
| 1000 万元-5000 万元        | 0.5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
| 5000 万元-10475 万元       | 0.25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
| 10475 万元-104750 万<br>元 | 0.05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |
| 104750 万元以上            | 0.01 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                     |          |       |               |       |                |       |                 |       |                  |        |                        |        |             |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | <p>评标方法：综合评分法</p> <p>详见“第七章 评标办法”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | <p>本项目是否分包别：<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>本项目共分 1 个包别，投标人可根据“申请人的资格要求”选择一个包别或多个包别进行投标。</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 34 | <p><b>（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。</b></p> <p>（2）针对因政策变化等原因不能签订合同，造成中标人合法利益受损的，采购人应与中标人充分协商，给予合理补偿。（若本项目招标文件中与此处内容有不一致的，以此为准）</p>                                                                                                                                                                        |
| 35 | <p>本项目是否包含下述产品：</p> <p>1、两创产品：<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否；</p> <p>投标人可登录“马鞍山市人民政府网”〈政府信息公开-马鞍山市经济和信息化局信息公开〉最新一期《马鞍山市两创产品目录》）。</p> <p>2、节能产品：<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否；</p>                                                                                           |
| 36 | <p>中标通知书发出的形式：<input type="checkbox"/>纸质 <input checked="" type="checkbox"/>数据电文</p> <p>本项目发布中标结果公告的同时，通过马鞍山市公共资源交易系统向中标人发出中标通知书。中标通知书发出视为已送达，中标人应主动登录马鞍山市公共资源交易系统查询，采购人、采购代理机构不承担中标人未及时关注相关信息引发的相关责任。</p>                                                                                                                                   |
| 37 | <p>在线提起询问、质疑、投诉方式：</p> <p>1、在线提起询问，路径为：马鞍山市公共资源交易中心网（<a href="http://zbcg.mas.gov.cn/jypt/tradesystem.html">http://zbcg.mas.gov.cn/jypt/tradesystem.html</a>）登录马鞍山市公共资源交易系统-采购业务-网上提问</p> <p>2、在线提起质疑，路径为：马鞍山市公共资源交易中心网（<a href="http://zbcg.mas.gov.cn/jypt/tradesystem.html">http://zbcg.mas.gov.cn/jypt/tradesystem.html</a>）登录马鞍山市公共</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>资源交易系统-采购业务-质疑异议</p> <p>3、在线提起投诉，路径为：马鞍山市公共资源交易中心网（<a href="http://zbcg.mas.gov.cn/jypt/tradesystem.html">http://zbcg.mas.gov.cn/jypt/tradesystem.html</a>）登录马鞍山市公共资源交易系统-采购业务-投诉举报</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 38 | <p><b>重要提示：</b></p> <p>（1）本项目采取投标人远程解密的方式解密电子投标文件，投标人不得派代表前往开标现场。投标人未在远程解密时间内完成解密的，视为投标无效。对投标人系统提交的电子投标文件不予受理，并不予开标，不送交评标委员会评审。（远程解密操作要求见马鞍山市公共资源交易中心网站“通知公告”）</p> <p>（2）本项目远程解密时间为：自投标文件提交截止时间起 30 分钟内。</p> <p>（3）在项目评审过程中，若评标委员会需要对投标人进行询标、告知的，通过在线方式进行询标、告知。投标人应在评标委员会发出的询标、告知回复期限内进行线上回复。投标人逾期回复或不予回复的，评标委员会将不予考虑投标人意见，由此产生的不利后果由投标人自行承担。（在线询标、告知操作要求见马鞍山市公共资源交易中心网站“通知公告”，技术支持联系电话：0555-5200194。）</p> |

## 第三章 投标人须知

### （一）总 则

#### 1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本次招标采购所述货物及相关服务。

2、采购需求：详见“第五章 采购内容及总体要求”。

#### 3、合格投标人的条件

3.1 其他条件：详见招标公告。

3.2 由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，还应仔细阅读该项目不同包别的资格要求。

3.3 已从马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件。

3.3.1 凡符合规定条件的中国境内投标人有意参加投标的，请从马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件；联合体参加投标的，必须以联合体牵头人名义获取招标文件。

3.3.2 投标人未在马鞍山市公共资源交易系统成功获取招标文件而从其它途径获取招标文件的，其投标无效。

3.3.3 有两个或两个以上包别的项目，即使投标人在该项目某个包别成功获取招标文件，但不能代替其他包别成功获取招标文件。如投标人参加该项目其他包别的投标，还需成功获取其他包别的招标文件，否则对应包别的投标无效。

#### 4、投标费用

4.1 本次采购采取公开招标方式，采购代理机构是否收取采购代理服务费，详见投标人须知前附表。

4.2 投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、投标风险

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所

有条件和规定。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

5.3 投标人所提供的资料（包括扫描件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由投标人自行承担。

6、投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

6.1 国家对本次投标货物的生产、销售、安装调试、验收、维修维护等服务有关国家标准及行业标准；

6.2 安徽省及马鞍山市等有关部门的相关规定；

6.3 采购人的相关场地情况、基础建设等情况及相关设计标准；

6.4 本招标文件不再对上述情况进行描述。

7、采购代理机构对采购人拖欠中标人合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，中标人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

8、根据电子化政府采购的特点，投标人参与我市政府采购活动时，需要按照《马鞍山市公共资源电子化交易网上用户登记流程须知》进行网上用户登记。

9、投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标，如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目投标，其投标将被全部拒绝：

9.1 法定代表人（负责人）为同一个人的；

9.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3 总公司与其分公司（分支机构）；

9.4 同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

9.5 法律和行政法规规定的其他情形。

10、关于联合体投标：本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见招标公告。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：

10.1 联合体投标必须由联合体牵头人获取招标文件、提交投标文件、交纳投标保证金。

10.2 联合体投标各方应签订并提交联合体协议书（格式详见“投标文件格式”），并明确联合体成员各方的权利和义务，该联合体协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体投标必须确定联合体牵头人为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

10.3 联合体投标各方均须符合本项目除特定资格要求以外的其他资格要求。

10.4 由不同专业的投标人组成的联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质，按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

10.5 除联合体协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，涉及到投标人盖章的，均为联合体牵头人盖章；涉及到法定代表人签字（或盖章）的，均为联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）。

10.6 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

- 10.7 联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购代理机构与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购代理机构与采购人的责任均并不因此被减免。
- 10.8 联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。
- 10.9 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。
- 10.10 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。**联合体各方应具备与其承担工作内容有关的相应资质。**
- 11、因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。
- 12、本招标文件做电子签章。
- 13、本招标文件最终解释权属于采购人、采购代理机构。

## （二）招标文件

### 1、招标文件构成

#### 1.1 招标文件包括：

##### 第一章 招标公告

## 第二章 投标人须知前附表

## 第三章 投标人须知

## 第四章 政府采购合同格式

## 第五章 采购内容及总体要求

## 第六章 投标文件格式

## 第七章 评标办法

## 第八章 系统提交投标文件及相关要求

1.2 采购人根据本节第 2 条和第 3 条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

1.3 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等（包括招标文件修改和招标文件澄清），若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 2、招标文件的澄清

2.1 无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间 15 天前在马鞍山市公共资源交易中心网公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标文件提交截止时间不足 15 天，相应延长投标文件提交截止时间。

### 3、招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标文件提交截止时间不足 15 天，相应延长投标文件提交截止时间。

- 3.2 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

### （三）投标文件的编制

- 1、投标文件必须使用简体中文, 投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评委会会有权不接受。

- 2、除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 3、投标文件的编制要求

- 3.1 投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

- 3.2 电子投标文件需分包别单独编制，各包别电子投标文件资料不得相互替代使用。评委会评审时只根据对应包别的电子投标文件中的资料进行评审，不在其他包别的电子投标文件中寻求资料。

- 3.3 投标人系统提交的电子投标文件全部或部分内容无法查看的，评委会会有权否决其投标，由此造成的在评审中处于不利地位的风险由投标人自行承担。

#### 4、投标内容填写说明

- 4.1 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，由于编排混乱导致投标文件被误读或评委查找不到有效文件是投标人的风险。

- 4.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

- 4.3 《开标一览表》须按格式填写、统一规范。

- 4.4 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，可能会导致投标被拒绝。

#### 5、投标报价

- 5.1 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。投标人在填写

投标报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

5.2 投标文件的货物服务一览表和货物服务报价一览表上应根据投标文件格式要求清楚地标明表格中的详细内容。

5.2.1 如果投标人在投标文件中没有列明表格中的详细内容，一旦中标，采购人有权进行指定且价格不作调整，投标人不得以投标文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物只允许有一个报价。任何有选择的投标方案和报价将不予接受。

5.3 总投标价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。货物服务报价一览表中标明的单价应为履行合同的固定单价，不得以任何理由予以变更。

5.4 投标人须清楚地报出采购清单中的每一项货物的合理价格，不得以免费赠送或将一种货物价格包含在其他货物价格为由而报出不合理价格。

5.5 总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容（但为全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如投标文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中），否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

5.6 投标人应负起审慎调查的责任，总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以投标文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将包含在合同内。

5.7 除招标文件中明确由采购人提供的货物/工程/服务/零部件外，投标人不得将招标文件所要求的内容列为选购项，否则，评标时将把这部分价格计入其总投标价，但在授予合同时，这部分价格将从其中标价格中扣除而不予支付。

5.8 投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价

时这部分费用将不予扣除。

5.9 投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在免费质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

5.10 本项目预算金额和最高限价：详见招标文件。

6、投标保证金：本次招标是否需要交纳投标保证金，详见招标公告。

7、在特殊情况下，采购人可与中标人协商延长投标文件的有效期。采购人延长有效期的要约将通过马鞍山市公共资源交易中心网予以公示。在七日内，若中标人没有提出书面异议，视为同意采购人的要求。中标人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的中标人不能修改招标文件的其他实质性内容。

8、投标文件不论是书写、打印或复制、扫描、影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由投标人承担。

9、投标文件的签署、盖章

9.1 在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人（盖单位公章）的地方，投标文件都必须盖投标人统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）。

9.1.1 招标文件中明确要求盖章的，投标人必须加盖投标人统一对外的公章。在有授权文件表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

#### （四）投标文件的提交

1、投标人应按照招标文件规定通过马鞍山市公共资源交易系统提交电子投标文件。

2、投标人提交投标文件时，出现下列情形之一时，投标文件不予接收：

2.1 在招标文件规定的投标文件提交截止时间之后提交电子投标文件；

2.2 法律法规和招标文件规定不应当接收的其他情形。

### （五）开标

- 1、开标。采购代理机构将在规定的时间、地点组织公开开标。
- 2、采购代理机构将通过马鞍山市公共资源交易系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、总投标价以及采购代理机构认为需要的其他内容。
- 3、采购代理机构对开标过程进行记录。

### （六）评标

详见第七章“评标办法”

### （七）推荐中标候选人和授予合同

#### 1、推荐中标候选人

1.1 评委会将向采购人推荐 1-3 名中标候选人。

#### 2、确定中标人及合同的签订

2.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2 采购代理机构自采购人确定中标人之日起 2 个工作日内发布中标结果公告，发布中标结果公告的同时，通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出视为已送达，中标人应主动登录电子交易系统查询，采购人、采购代理机构不承担中标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3 履约保证金：本项目是否需要交纳履约保证金、履约保证金交纳方式及履约保证金退还方式，详见投标人须知前附表。

#### 2.4 合同签订：

2.4.1 采购人与中标人应在投标人须知前附表中规定的期限内签订政府采购合同。

2.4.2 合同建议正反页打印，在采购人、中标人双方签字、盖章后生效。

2.4.3 采购人在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的财政部门同意，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原

合同采购金额的 10%。

### （八）质疑与投诉

1、在线提起询问、质疑方式详见投标人须知前附表。（询问、质疑电话：18315595878、17330667853）

1.1 投标人书面质疑应在工作时间（周一至周五，上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：30，节假日休息）向采购代理机构提出。

联系人：安徽科睿工程项目管理有限公司

联系电话：18315595878

通讯地址：含山县凤凰城北区 16 号 106

2、已依法获取招标文件的潜在投标人对招标文件的质疑，应在规定的时间内，向采购人、采购代理机构提出。

2.1 对招标文件提出质疑的时间超过规定时限的，不予受理。

2.2 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、参与投标的投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3.1 质疑应以书面形式实名提出，投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

3.2 有下列情形之一的，不予受理：

（一）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（二）提起质疑的时间超过规定时限的；

（三）质疑材料不完整的；

- (四) 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;
- (五) 对其他供应商的响应文件详细内容质疑, 无法提供合法来源渠道的。
- 4、投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购程序提出质疑, 两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑, 采购人、采购代理机构有权不予受理。
- 5、投标人未在规定时间内提出的质疑, 采购人、采购代理机构不予受理。供应商不符合要求的质疑应在质疑期内及时补充完整, 否则按质疑不成立处理。
- 6、质疑投标人是指参与所质疑项目采购活动的投标人, 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑, 采购人、采购代理机构有权不予受理。
- 7、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意, 或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内以书面形式向含山县公共资源交易监督管理局提起投诉(投诉受理部门及联系方式见下表)。在线提起投诉方式详见投标人须知前附表。

| 采购人所属<br>预算层级 | 投诉受理部门及联系方式                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 含山县           | 含山县公共资源交易监督管理局<br>0555-4327519<br>地址: 含山县望梅路与褒禅山路交叉口县住建局大楼二楼 |

#### (九) 保密和披露

- 1、投标人自获取招标文件之日起, 须承诺承担本招标项目下保密义务, 不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。
- 2、采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
- 3、采购人在认为适当时无须事先征求中标人同意而依法披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标产品的有关信息以及合约条款等。
- 4、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时, 将依法对中标人所投产品(包括但不限于标注“▲”的产品)的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

## 第四章 政府采购合同格式

含山县人民医院（以下简称“甲方”和 \_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）同意，按下述条款和条件签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、政策之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1. 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

1.1 招标文件(含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统（DSA）采购项目，项目编号：MASZZJY-1-H-2022-0000)

1.2 乙方的响应文件

1.3 附件：安徽科睿工程项目管理有限公司发出的所有与本次采购有关的补充通知；采购过程中形成的补充资料及最后报价；乙方随同响应文件一起提交的资料及附图；安徽科睿工程项目管理有限公司发出的成交通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.4 甲方招标文件、乙方响应文件、成交通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

- ①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；
- ②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方招标文件执行；
- ③甲方招标文件未规定的，按乙方响应文件执行。

**2. 合同范围和条件：** 本合同的范围和条件应与招标文件的规定相一致。

**3. 合同标的：**

| 序号  | 标的名称 | 品牌 | 货物制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 合价（元） | 免费质保期（自甲方验收合格之日起计算） |
|-----|------|----|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 1   |      |    |       |       |       |       |                     |
| ... | ...  |    |       |       |       |       |                     |

#### 4. 采购合同总金额、安装工期及交货地点：

4.1 采购合同总金额为：\_\_\_\_\_元。（大写：人民币\_\_\_\_\_）。

4.2 交货期：自合同签订之日起 60 日内供货安装完毕。

注：在履约过程，乙方应严格根据其投标文件承诺的交货和安装进度实施项目，应该有甲方配合的内容，乙方应按照进度节点提前一周书面告知甲方，否则视同乙方已经完全理解并接受项目实施的全部情况，由此造成的一切后果由乙方单方面承担。

4.3 交货地点：采购人指定地点。

#### 5. 付款方式：

5.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 40%作为预付款（乙方须向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%（含预付款）。

5.2 如乙方书面明确表示无需预付款，项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，一个月内向乙方支付合同金额的 100%。

#### 6、包装和标记

6.1 乙方交付的所有合同标的应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同标的的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同标的的安全无损地送达交货地点。

6.2 若合同标的采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出相应标记。乙方应根据合同标的的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

6.3 下列资料包装在合同标的的包装箱中：（1）装箱单；（2）合同标的的数量和质量合格证书、保修证书；（3）产品说明书及其它必要的技术资料。

6.4 凡由于乙方对合同标的包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同标的的装箱前保管不良，致使合同标的遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

#### 7、质量标准 and 检验方式

7.1 乙方应保证提供给甲方的合同标的是货物生产厂商原造的，全新、未使

用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

7.2 乙方提供给甲方的合同标的应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同标的的技术规范应与本项目采购文件中货物清单、质量要求和供货部分中的规定及响应文件中货物技术规范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

7.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

7.4 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同标的的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

7.5 合同标的交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

7.6 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。

7.7 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

7.8 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：甲方组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并

出具意见，验收结果应当向社会公告。

7.9 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

## 8、技术服务和保修责任

8.1 若厂家规定的保修期或合同标的主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下标的的免费质保期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费保修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在采购时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

8.2 乙方保证在合同标的出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后按规定时间内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内派员至甲方免费维修和提供现场指导。如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同标的进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

8.3 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

8.4 如因乙方提供的货物硬件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同标的不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

8.5 在合同标的免费质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同标的不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

8.6 在合同标的免费保修期届满后，如果因合同标的硬件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内到达现场，迅速排除货物故障。

8.7 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

## 9、知识产权

乙方保证，乙方依据本合同提供的标的和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

## 10、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒付合同款的（或因甲方原因导致终止合同的），甲方应向乙方支付合同总金额 5%的违约金。因甲方原因导致变更、中止合同的，甲方应按照乙方实际损失情况予以赔偿或补偿。

10.2 甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

10.3 乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总金额 5%的违约金。甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的货款中获得经济上的赔偿金，其标准为每逾期一天，按合同总额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间供货或安装调试完毕；

②乙方送交的货物经验收不合格或验收后出现质量问题。

10.4 因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

10.5 如果乙方不履行售后服务承诺，乙方应向甲方支付合同总金额 5%的违约金。

10.6 上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损

失的赔偿金。

10.7 由于不可抗力原因使乙方延迟供货，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

11、其他约定

11.1 签订合同前，乙方须将营业执照及相关资质证书原件交甲方查验。

11.2 乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

11.3 履约保证金

(1) 招标文件要求乙方提交履约保证金的，甲方确认乙方在合同签订前已按照采购文件规定交纳了履约保证金。

(2) 履约保证金金额：合同金额的 2 %，定额收取：人民币\_\_\_\_\_元。

(3) 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

(4) 履约保证金退还：项目验收合格结束后 10 日内无息退还。

(5) 乙方未按照招标文件要求或响应文件承诺（以较短的为准）时间供货并安装调试完毕的，甲方扣除全部履约保证金并有权解除合同。

11.4 乙方对其所提供的医疗器械/医疗设备质量负责，若因质量问题引起的医疗事故及医疗纠纷造成他人人身及财产损害的，乙方须承担全部责任。

12、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

13、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

|       |       |
|-------|-------|
| 甲方：   | 乙方：   |
| 单位盖章： | 单位盖章： |
| 代表签字： | 代表签字： |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |
|-------------|-------------|

第五章 采购内容及总体要求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称<br>(标的名称)                               | 数量 | 单位 | 标的所属行业 |
|----|----------------------------------------------|----|----|--------|
| 1  | ▲血管造影 X 射线系统 (DSA) (按招标人需求, 配齐本设备必备的所有第三方产品) | 1  | 套  | 工业     |

本项目核心产品为：▲血管造影 X 射线系统 (DSA)。

二、技术要求

| 序号     | 采购参数需求                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 一      | 采购需求：                                                       |
| 1      | 医用血管造影 X 射线机（系统）一套（按招标人需求，配齐本设备必备的所有第三方产品）                  |
| 二      | 采购技术参数需求                                                    |
| ★2.1   | 功能：满足心、脑、周围血管的造影、介入诊断、治疗需要；机架系统需覆盖临床所有检查和治疗部位。（需提供证明材料）     |
| 2.2    | 机架系统安装方式：不限                                                 |
| 2.2.1  | 机架具备多位置预设功能，床旁具备控制系统可以控制机架和导管床的运动.                          |
| 2.2.2  | CRA（头位）：≥50°                                                |
| 2.2.3  | CAU(足位)：≥45°                                                |
| 2.2.4  | RAO（右前斜位）≥ 110°                                             |
| 2.2.5  | LAO（左前斜位）≥ 100°                                             |
| 2.2.6  | C 臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C 臂旋转至任何角度均可投照；旋转采集角度≥200°               |
| 2.2.7  | C 臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO>25 度/秒；C 臂环内滑动速度（非旋转采集）CRA/CAU>25 度/秒 |
| ■2.2.8 | C 臂旋转采集速度≥60 度/秒（正位）                                        |

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.9  | C 臂旋转采集速度 $\geq 60$ 度/秒（侧位）                                                                                                                |
| 2.2.10 | SID 范围可调，最小范围 $\leq 90\text{cm}$                                                                                                           |
| 2.2.11 | SID 范围可调，最大范围 $\geq 118\text{cm}$                                                                                                          |
| 2.2.12 | C 臂弧深 $\geq 90\text{cm}$                                                                                                                   |
| 2.2.13 | 床旁可实施单手柄控制、操作 C 型臂机架                                                                                                                       |
| 2.2.14 | 机架可移出手术野至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗                                                                                                      |
| 2.2.15 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集                                                                                                                    |
| 2.3    | 导管床                                                                                                                                        |
| 2.3.1  | 满足全身检查、治疗的要求；床面要求为碳纤维材料                                                                                                                    |
| 2.3.2  | 床长 $\geq 280\text{cm}$ ，床宽 $\geq 45\text{cm}$ ，床的纵向运动范围 $\geq 120\text{cm}$ ，床面的横向运动 $\geq 34\text{cm}$ ，床面的垂直升降范围 $\geq 28\text{cm}$      |
| 2.3.3  | 床的最大物理承重 $\geq 300\text{KG}$                                                                                                               |
| 2.3.4  | 导管床手臂支架，床垫，输液支架                                                                                                                            |
| 2.3.5  | 床旁控制系统可满足不同临床操作需求；控制系统可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置                                                                                       |
| 2.3.6  | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行 CPR(心脏骤停及呼吸停止时急救措施)，保障紧急情况下的安全                                                                                |
| 2.4    | X 线高压发生器装置                                                                                                                                 |
| 2.4.1  | 发生器功率 $\geq 100\text{KW}$                                                                                                                  |
| 2.4.2  | 高频逆变频率 $\geq 100\text{KHz}$                                                                                                                |
| 2.4.3  | 最大管电流支持 $\geq 1000\text{mA}$ （ $100\text{KV}/100\text{KW}$ 时），最小管电流 $\leq 1\text{mA}$ ，最小管电压 $\leq 40\text{KV}$ ，最大管电压 $\geq 125\text{KV}$ |
| 2.4.4  | 最短曝光时间 $\leq 1\text{ms}$                                                                                                                   |
| 2.4.5  | 全自动曝光控制，无需测试曝光                                                                                                                             |

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5    | X 线球管                                                                            |
| ■2.5.1 | 阳极热容量 $\geq 3.35\text{MHU}$                                                      |
| 2.5.2  | 管套热容量 $\geq 4.85\text{MHU}$                                                      |
| ■2.5.3 | 阳极最大散热功率 $\geq 500\text{KHu/min}$ 或 $6000\text{W}$ (取 $1\text{W}=1.4\text{Hu}$ ) |
| 2.5.4  | 球管焦点数不限                                                                          |
| 2.4.5  | 最小焦点 $\leq 0.4\text{mm}$                                                         |
| 2.5.6  | 最小焦点功率 $\geq 18\text{KW}$                                                        |
| 2.5.7  | 中焦点 $\leq 0.6\text{mm}$ （双焦点不需应答按符合评审）                                           |
| 2.5.8  | 中焦点功率： $\geq 40\text{KW}$ （双焦点不需应答按符合评审）                                         |
| 2.5.9  | 最大焦点 $\leq 1.0\text{mm}$                                                         |
| 2.5.10 | 最大焦点功率 $\geq 60\text{KW}$                                                        |
| 2.5.11 | 球管带有防碰撞保护装置                                                                      |
| 2.5.12 | 球管采用油冷+水冷的冷却方式                                                                   |
| 2.5.13 | 球管采用液态金属轴承技术                                                                     |
| 2.5.14 | 球管具备焦点熔断技术，允许 1 个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用                       |
| 2.6    | 数字化平板探测器                                                                         |
| 2.6.1  | 采用非晶硅数字化平板探测器技术                                                                  |
| ■2.6.2 | 平板有效探测面积 $\geq 900\text{cm}^2$                                                   |
| ■2.6.3 | 平板分辨率 $\geq 2.5\text{LP/mm}$                                                     |
| 2.6.4  | 平板像素尺寸 $\leq 200\text{ }\mu\text{m}$                                             |
| ■2.6.5 | 系统采集： $\geq 2.2 \times 10^6$ 矩阵，动态灰阶(探测器位深) $\geq 14\text{bit}$                  |
| 2.6.6  | 视野 $\geq 6$ 视野                                                                   |
| 2.6.7  | 最小视野 $\leq 12 \times 12\text{cm}$ , 最小视野对角线 $\leq 11\text{cm}$                   |

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.8  | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制                                                                                      |
| 2.6.9  | 平板探测器光子转换效率(DQE) $\geq 77\%$ DQE                                                                            |
| 2.6.10 | 保证平板探测器不用过热而停止工作冷却措施                                                                                        |
| 2.7    | 图像显示系统                                                                                                      |
| 2.7.1  | 采用医用高分辨率监视器：检查室两台（ $\geq 19$ 英寸）监视器，分别用于实时图像和参考图像显示；控制室一台（ $\geq 19$ 英寸）显示器，用于主机操作以及实时图像显示                  |
| 2.7.2  | 监视器亮度 $\geq 400 \text{ cd/m}^2$ ，监视器分辨率 $\geq 1280 \times 1024$                                             |
| 2.7.3  | 可视角度（水平及垂直可视角度） $\geq 170^\circ$                                                                            |
| 2.7.4  | 配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾，监视器悬吊架可纵向及旋转运动                                                                 |
| 2.7.5  | 显示器上可显示 X 线使能、球管温度、曝光的 kV, mA 及 ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP 剂量面积乘积    |
| 2.8    | 图像采集及处理系统：                                                                                                  |
| 2.8.1  | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作                                                                                 |
| 2.8.2  | 标准 DR 模式，速率： $\geq 0.5\text{--}6$ 帧/秒；标准 DSA 模式，速率： $\geq 0.5\text{--}6$ 帧/秒，并具有实时 DSA 功能，数字脉冲透视 0.5-30 幅/秒 |
| 2.8.3  | 透视图像存储量 $\geq 1000$ 幅，最大透视图像储存时间 $\geq 65\text{s}$                                                          |
| 2.8.4  | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能                                                                               |
| 2.8.5  | 具有实时动态范围管理功能                                                                                                |
| 2.8.6  | 智能二维路径导航功能                                                                                                  |
| 2.8.7  | 可实现传统路径图（Roadmap）功能                                                                                         |
| 2.8.8  | 可使用 DSA 采集序列中任意一副减影图像作为路径图                                                                                  |
| 2.8.9  | 可使用 DR 采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图                                                                            |
| 2.8.10 | 路径导航功能可用于心脏介入                                                                                               |

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.11 | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像                                                      |
| 2.8.12 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要                |
| 2.8.13 | 具备图像采集及处理及优化技术软件包                                                             |
| 2.8.14 | 具备根据身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚                                                   |
| 2.8.15 | 具备根据被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的 X 线穿透性                                            |
| 2.8.16 | 具备由 C 型臂的角度自动计算 X 线穿越人体的路径                                                    |
| 2.8.17 | 具备动态图像优化降噪                                                                    |
| 2.8.18 | 具备适应性边缘增强                                                                     |
| 2.8.19 | 具备轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节                                                            |
| 2.8.20 | 具备根据图像存储及图像分析系统：                                                              |
| 2.8.21 | 主机硬盘图像存储：1024×1024 矩阵，容量≥25000 幅                                              |
| 2.8.22 | 主机硬盘图像可存储在 CD/DVD 光盘上，同时 CD/DVD 光盘上的图像可回传至主机硬盘                                |
| 2.8.23 | 具备自动回放采集序列                                                                    |
| 2.8.24 | 具备回放序列的速度及方向可调                                                                |
| 2.8.25 | 具备可进行减影及非减影切换                                                                 |
| 2.8.26 | 具备后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 |
| 2.8.27 | 具备实时旋转 DSA                                                                    |
| 2.8.28 | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集                                                |
| 2.8.29 | 头位机架旋转采集最快速度≥60 度/秒                                                           |
| 2.8.30 | 侧位机架旋转采集最快速度≥60 度/秒                                                           |
| 2.8.31 | 侧位机架旋转采集范围≥200 度                                                              |

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.32        | 最快采集速率 $\geq 75$ 帧/秒                                                     |
| 2.8.33        | 真正意义的动态血管实时旋转 DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影                             |
| 2.9           | 高级三维图像后处理工作站                                                             |
| ★2.9.1        | 具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供）                                                    |
| 2.9.2         | Intel® Xeon, 3.6GHz 以上 CPU，四核, RAM: $\geq 64$ GB, 图像硬盘容量: $\geq 1000$ GB |
| 2.9.3         | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换                          |
| 2.9.4         | 配备全兼容性的 CD/DVD 刻录系统，可制作标准 DICOM3.0 血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用 AVI 文件输出完整图象      |
| 2.9.5         | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析                                                 |
| 2.9.6         | 控制室: $\geq 19$ 英寸高分辨率液晶彩色监视器一台                                           |
| 2.9.7         | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档                                    |
| 2.9.8         | 最短重建时间: $\leq 30$ 秒                                                      |
| 2.9.9         | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理: 3D 血管表面重建 (MPR)、最大密度投影重建 (MIP)、3D 容积重建 (VRT)       |
| 2.9.10        | 三维血管路图导航功能                                                               |
| 2.9.11        | 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行             |
| 2.9.12        | 三维路图能够自动追踪 C 臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID 位置变化                              |
| 2.9.13        | 血管机类 CT 成像功能:                                                            |
| ■<br>2.9.13.1 | 能完成 CT 断层扫描、图像重建和显示                                                      |
| 2.9.13.2      | 机架最快旋转速度 $\geq 60$ 度/秒，旋转角度 $\geq 200$ 度                                 |
| 2.9.13.3      | 类 CT 最快扫描速率: $\geq 75$ 帧/秒                                               |

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 2.9.13.4 | 重建矩阵 $512 \times 512$                                           |
| 2.9.13.5 | 最短传输及重建时间： $\leq 60$ 秒                                          |
| 2.9.13.6 | 密度分辨率： $\leq 5\text{HU}$                                        |
| 2.9.13.7 | 可实现 CT 图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系                               |
| 2.9.13.8 | 床旁可实现对血管机类 CT 图像采集、重建及后处理等操作                                    |
| 2.9.14   | 三维/三维融合功能                                                       |
| 2.9.15   | 血管机 CT，CT，MR 和 PET 影像均可作为融合影像，进行融合处理                            |
| 2.9.16   | 多个自由度的可视算法                                                      |
| 2.9.17   | 运用解剖标记，可方便地进行标记编辑进行点对点的标记配准                                     |
| 2.9.18   | 可并列显示相关点对点的信息                                                   |
| 2.9.19   | 在不同 2 个显示（影像）间调级 2 维单色显示和伪彩显示平衡                                 |
| 2.9.20   | 二维/三维融合功能                                                       |
| 2.9.21   | 术前 CT 等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准                         |
| 2.9.22   | 融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像                                      |
| 2.9.23   | 具有低剂量技术平台                                                       |
| 2.9.24   | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储 $\geq 1000$ 幅                               |
| 2.9.25   | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间 $\geq 68\text{s}$ , 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 2.9.26   | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值                    |
| 2.9.27   | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏                                                |
| 2.9.28   | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置；透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变                 |
| 2.9.29   | 可以提供低剂量的采集协议，并有低剂量曝光控制；可以提供 DICOM 格式的剂量报告                       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★2.9.30 | 第三方产品配置清单:DSA 专用品牌高压注射器 1 套、带隔室显示含 IBP 和血流模块等插件式监护仪 1 套、主动脉球囊反搏仪<IABP,具备光纤传导功能>1 套、除颤仪 1 台、临时起搏器 3 台、麻醉机 1 台、超声刀 1 台、第三方移动铅板屏,规格≥200cm(高)*150cm,当量≥4.0mmPb; 30 英寸左右像素矩阵≥3840X2160&位深≥48bit 医用专用显示屏 6 台,呼吸机 1 台,机载双向对讲通话系统,配悬吊式手术灯,便于手术照度等)。所配第三方产品由采购人临床科室认可,投标人无条件响应配备,所含费额含在 DSA 系统总价里。具体要求中标后签订合同前确定),投标人提供承诺书。 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注:

- 1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地,则仅供参考,并非指定,投标人可以选用替代的方案,但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争,如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有,则该技术参数及要求不具有限制性,投标人可对该参数或要求进行适当调整,并应当在投标文件中说明调整的理由,且该调整须经评委会审核认可。
- 3、所有描述为“支持”的,均表示具备、配置、提供、实现等意思,是要满足技术参数要求。
- 4、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时,将依法对中标人所报产品(包括但不限于标注“▲”的产品)的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。
- 5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件(如果招标文件中有标注“★”的技术参数)。

三、商务要求

(本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件)

- 1. 所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物(含相关服务)的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术偏离表(如果被评委会接受的话)相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
- 2、如货物属于国家强制性目录范围内的,则必须符合国家相关强制性要求。
- 3、技术支持
  - 3.1 中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
  - 3.2 如中标人发生兼并、重组,招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标响应文件承担相应的义务。
  - 3.3 中标人在项目实施过程中,国家对相关项目有资质要求的,进场单位和人

---

员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、中标人须对本项目提供至少一年的免费质保服务（第三方产品除外，且软件终身免费升级）。（自采购人验收合格之日起计算。）免费质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换。。所有质保费用均已包含在总投标价中。

4.2 中标人须设有 7×24 小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 12 小时内 到达现场, 24 小时内 解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备用机供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

#### 5、培训：

5.1 中标人应对用户的操作人员提供现场培训。

5.1.1 提供 2 人次心脏冠脉造影和脑灌注造影诊断培训和 1 人次临床操作技师培训工作，培训医院为周边三甲医院有中标品牌机型医院培训，直至熟练为止；并至少提供 5 次上述招标人现场指导，每种造影至少不少于 2 次。

5.2 现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3 以上培训费用含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之日起 60 日内供货安装完毕。

7、供货地点：采购人指定地点。

#### 8、验收：

8.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须

---

约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2 货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

8.3 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8.4 本项目所采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，合同签订后，验收前，中标人须向采购人提供节能产品认证证书复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”网站节能产品清单查询截图，否则采购人不予验收通过。

8.5 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”（财办库【2020】123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求中标人出具检测报告。

9、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 40%作为预付款（乙方须向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%（含预付款）。

如乙方书面明确表示无需预付款，项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，一个月内向乙方支付合同金额的 100%。

10、总投标价包括了履行合同所有内容的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安

---

装调试费、系统升级费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、采购代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

11、其他：

（1）中标人须在合同签订一周内，协助采购人完成机房设计方案，并提供基础图纸和防护措施设计方案。

（2）提供高品质主计算机和 workstation 使用的专用桌子和医生座椅

（3）提供投标时，中标设备技术保和全保价格清单；提供与投标规格型号一致的，至开标日期前 2 年内用户名单。

（4）配齐除技术要求所述参数项以外的投标机型所有软硬件配置（全配）和其它必备功能。

---

## 第六章 投标文件格式

项目名称：含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统（DSA）采购项目

项目编号：MASZZJY-1-H-2022-1036

# 投标文件

投标人名称：\*\*\*\*\*

日期：\*\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

---

## 目 录

|                        |      |
|------------------------|------|
| 一、开标一览表.....           | (页码) |
| 二、投标函.....             | (页码) |
| 三、货物报价一览表.....         | (页码) |
| 四、对商务要求及合同条款的响应.....   | (页码) |
| 五、对技术要求的响应.....        | (页码) |
| 六、货物服务技术方案.....        | (页码) |
| 七、法定代表人身份证明及授权委托书..... | (页码) |
| 八、各类资质证书及其他重要资料.....   | (页码) |

## 一、开标一览表

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 项目名称          | 含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统 (DSA)<br>采购项目 |
| 项目编号          | MASZZJY-1-H-2022-1036              |
| 免费质保期         | 对本项目提供____年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。 |
| 总投标价<br>(人民币) | 大写：_____<br>小写：_____               |

注：

- 1、开标一览表内容与投标文件中内容不一致的以开标一览表为准。
- 2、《开标一览表》须按格式填写、统一规范。如未按以上格式填写，评委会会有权做出投标无效处理。
- 3、开标一览表内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人（盖单位公章）：

日 期：\*\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

## 二、投标函

致：含山县人民医院（采购人）：

根据贵方的招标公告，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于采购人要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8、我方接受招标文件规定的付款方式、免费质保要求。

9、我方承诺我方具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方承诺我方或我方法定代表人或我方配备项目经理（项目负责人）未被人民检察院列入行贿犯罪档案。

投标人（盖单位公章）：

日 期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

三、货物报价一览表

| 序号             | 货物名称<br>(标的名称) | 品牌 | 规格型号/版本号 | 制造商/服务提供商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
|----------------|----------------|----|----------|-----------|----|----|----|----|----|
|                |                |    |          |           |    |    |    |    |    |
|                |                |    |          |           |    |    |    |    |    |
|                |                |    |          |           |    |    |    |    |    |
|                |                |    |          |           |    |    |    |    |    |
| 总投标价（大写）：_____ |                |    |          |           |    |    |    |    |    |

投标人（盖单位公章）：

- 备注：
- 1、所报价格可保留小数点后两位。
  - 2、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物/服务。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。
  - 3、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。
  - 4、投标人所报货物报价一览表中清单及数量，应当与招标文件要求的清单及数量一致。

## 两创产品承诺函

（非两创产品投标，不需此件）

本公司郑重承诺：本公司参加项目名称：含山县人民医院医用血管造影X射线系统(DSA)采购项目（项目编号：MASZZJY-1-H-2022-1036）采购活动，本公司投标文件中所提供的以下产品为最新一期《马鞍山市两创产品目录》内产品。中标后，本公司提供的以下产品满足本项目“采购内容及总体要求”中相应要求，且本公司承诺以下产品报价不高于徽采商城同期同类商品价格。

本公司对上述承诺内容的真实性负责。若被发现存在任何虚假、隐瞒、不实等情况，采购人有权取消我公司中标候选人资格或中标人资格；已签订合同的，采购人有权解除合同，我公司承担由此造成的一切后果并赔偿相应损失。

| 序号    | 货物名称 |
|-------|------|
| 1     |      |
| 2     |      |
| ..... |      |

投标人（盖单位公章）：

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注：

- 1、若评委会判定《两创产品承诺函》中所列产品存在负偏离，则投标人不享受两创产品评审项得分。
- 2、若评委会判定投标人及所投产品存在其他不予计分的情形，则投标人不享受两创产品评审项得分。

附件：

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加含山县人民医院的含山县人民医院医用血管造影X射线系统（DSA）采购项目（项目编号：MASZZJY-1-H-2022-1036）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**2、如投标人未按要求填写上述内容，则不享受中小企业扶持政策。**

3、若投标人提供的声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。请投标人详细阅读投标人须知前附表中关于中小企业声明的要求，谨慎声明。

4、投标人在“采购文件中明确的所属行业”一栏中填写所属行业，所属行业详见“第五章采购内容及总体要求”。采购文件中明确的所属行业标的品目，需在中小企业声明函中列出；所属行业标注为“/”的标的品目，无需在中小企业声明函中列出。

5、投标人在“中型企业、小型企业、微型企业”一栏中只需填写其中的一种类型。

---

## 各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位投标, 不需此件)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定, 本单位为\_\_\_\_\_ (请填写: 符合/不符合) 条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\*\*\*\*\* (项目编号: \*\*\*\*\*) 采购活动提供本单位制造的货物 (由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人 (盖单位公章): \_\_\_\_\_

日期: \*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注:

- 1、残疾人福利性单位投标只须提供《残疾人福利性单位声明函》, 不再提供《中小企业声明函》。
- 2、如投标人未按要求填写上述内容, 则不享受中小企业扶持政策。

监狱企业投标提供省级 (含) 以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件 (监狱企业不再提供《中小企业声明函》)。

#### 四、对商务要求及合同条款的响应

经过认真研究项目名称：含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统（DSA）采购项目（项目编号：MASZZJY-1-H-2022-1036）招标文件中所列商务要求及合同条款，我方确认，对招标文件所列商务要求及合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

| 序号  | 招标文件中要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
|-----|---------|----------|----------------|
| 1   |         |          |                |
| 2   |         |          |                |
| 3   |         |          |                |
| ... |         |          |                |

投标人（盖单位公章）：

注：

- 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。
- 2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。
- 3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

## 五、对技术要求的响应

经过认真研究项目名称：含山县人民医院医用血管造影 X 射线系统（DSA）采购项目（项目编号：MASZZJY-1-H-2022-1036）招标文件中所列技术要求（包括技术参数、配置、功能等），我方确认，对招标文件所列技术要求（包括技术参数、配置、功能等），除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

技术要求偏离表

| 序号  | 招标文件中要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） | 证明材料所处位置 |
|-----|---------|----------|----------------|----------|
| 1   |         |          |                |          |
| 2   |         |          |                |          |
| 3   |         |          |                |          |
| ... |         |          |                |          |

投标人（盖单位公章）：

注：

- 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。
- 2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。
- 3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。
- 4、技术要求偏离表中投标人的响应内容低于招标文件要求的，评委会不寻求其他证明材料，直接判定该项技术要求为负偏离。

5、投标人对技术参数提供相关技术证明材料予以证明的，请在相关技术证明材料中用醒目的方式标明。

## 六、货物技术方案

### （一）投标人及主要制造商简介

简要介绍投标人及货物制造商规模实力，包括：

- 1、公司经营的历史、经验
- 2、拥有的技术力量
- 3、货物制造商介绍

### （二）产品的综合性能

所投医用血管造影 X 射线机（系统）的综合性能（功能、品质、性能等）描述表

| 所投产品的综合性能              |      |
|------------------------|------|
| 指标                     | 具体内容 |
| 产品的制造工艺、外观、材质          |      |
| 产品的功能、性能               |      |
| 产品的安全性、可靠性、稳定性、先进性及适用性 |      |

制造商盖章：

日期：2022 年\*\*月\*\*日

注：该表由所投设备制造商盖章，否则评委会不予计分。如有虚假，投标人承担包括取消中标（候选）人资格、记不良行为记录等全部责任。

### （三）使用成本介绍（包括但不限于以下内容）

1、免费质保期满后的原厂维修内容及收费标准一览表

| 货物名称             | 服务名称       | 维修内容                           | 收费标准 | 单位  |
|------------------|------------|--------------------------------|------|-----|
| 医用血管造影 X 射线机（系统） | 整机年度现场维护保养 | 原厂工程师现场维护保养，含零件费、材料费、劳务费、差旅费等  |      | 元/年 |
|                  | 整机单次现场维护保养 | 原厂工程师现场维护保养，含零件费、材料费、劳务费、差旅费等。 |      | 元/次 |

制造商盖章：

日期：2022 年\*\*月\*\*日

注：该表由所投设备制造商盖章，否则评委会不予计分。如有虚假，投标人承担包括取消中标（候选）人资格、记不良行为记录等全部责任。

2、免费质保期满后的原厂零配件、易损件内容及收费标准一览表

| 货物名称                 | 零配件、易损件名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 单价(元) | 数量 |
|----------------------|-----------|------|-----|----|-------|----|
| 医用血管造影 X 射线机<br>(系统) |           |      |     |    |       |    |
|                      |           |      |     |    |       |    |

制造商盖章：

日期：2022 年\*\*月\*\*日

注：该表由所投设备制造商盖章，否则评委会不予计分。如有虚假，投标人承担包括取消中标（候选）人资格、记不良行为记录等全部责任。

#### （四）售后服务（详细说明）

1、所投医用血管造影 X 射线机（系统）原厂制造商设立的服务、维修网点一览表

| 序号  | 服务、维修网点名称 | 所在城市 | 详细地址 | 网点负责人 | 固定电话 | 移动电话 |
|-----|-----------|------|------|-------|------|------|
| 1   |           |      |      |       |      |      |
| ... |           |      |      |       |      |      |

制造商盖章：

日期：2022 年\*\*月\*\*日

注：该表由所投设备制造商盖章，否则评委会不予计分。如有虚假，投标人承担包括取消中标（候选）人资格、记不良行为记录等全部责任。

2、投标人承诺的售后服务内容（包括但不限于以下内容）

（1）故障响应时间及到达现场的时间

（2）回访巡检方案

（3）故障解决方案及措施（包括现场不能解决的故障如何处理）

#### （五）业绩

| 合同签订时间 | 项目名称 | 主要标的 | 合同甲方名称<br>(详细地址) | 合同甲方联系人 | 合同甲方联系电话 |
|--------|------|------|------------------|---------|----------|
|        |      |      |                  |         |          |
|        |      |      |                  |         |          |

注：投标文件中须提供相关材料扫描件，具体要求详见招标文件。

#### （六）原厂免费质保承诺书（格式）

##### 原厂免费质保承诺书

致：含山县人民医院

作为设在\_\_\_\_\_（制造企业地址）\_\_\_\_\_（制造企业名称），由我方出厂的\_\_\_\_\_牌\_\_\_\_\_（投标货物、设备名称）参加“\_\_\_\_\_（项目名称）”

---

\_\_\_\_\_（项目编号）”项目投标。根据招标文件的规定，我方在此承诺， \_\_\_\_\_  
（投标人名称）在投标中的所有关于我方出厂的整机提供\_\_\_\_\_（大写）年免  
费质保服务。

制造企业名称：（盖章）\_\_\_\_\_

制造企业代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

制造企业联系部门：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

注：

- 1、该承诺书由所投设备制造商盖章，否则评委会不予计分。投标人对其真实性、准确性负责，采购人、采购代理机构保留随机抽查核实的权利。如有虚假，投标人承担包括取消中标（候选人资格、记不良行为记录等全部责任。
- 2、《原厂免费质保承诺书》盖章必须为对外统一公章（与制造商名称完全一致）。

## 七、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明（格式）

\_\_\_\_（法定代表人姓名）系\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。我  
公司\_\_\_\_（填写是/否）属于中小微企业。

特此证明。

法定代表人手机号码：\_\_\_\_\_

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

附：法定代表人身份证正反面扫描件（在有效期内）。

### （二）授权委托书（格式）

本授权书声明：\_\_\_\_（投标人名称）的\_\_\_\_（法定代表人姓名）  
代表本公司委托\_\_\_\_（委托代理人的姓名）为我方的合法代理人，参加“含  
山县人民医院医用血管造影 X 射线系统（DSA）采购项目（项目编号：  
MASZZJY-1-H-2022-1036）”投标、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用  
我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人手机号码：\_\_\_\_\_

委托代理人电子邮箱：\_\_\_\_\_

投标人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

附：委托代理人身份证正反面扫描件（在有效期内）。

#### 提醒：

- 1、投标人须确保投标文件中提供的手机号码准确无误并保持通讯工具畅通，否则由此造成的后果由投标人自行承担。
- 2、投标人须确保投标文件中提供的电子邮箱准确无误，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

---

## 八、各类资质证书及其他重要资料

### （一）投标文件中投标人的各类资质证书及其他重要资料

\*\*\*\*\*

### （二）投标文件中其他资料

- 1、第三方征信机构出具投标人的信用报告扫描件、第三方征信机构在人民银行省级分支行完成企业征信机构备案的网址和截图
- 2、投标人所投产品的医疗器械注册证、第三方检测报告（含附件）、产品说明书
- 3、需要提交的其他资料

---

## 第七章 评标办法

### 一、资格审查

- 1、开标会结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
- 2、采购人依据招标文件的要求，对投标人的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的资格不符合要求，资格审查不通过：
  - 2.1 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
    - （1）未按招标文件要求提供投标人营业执照扫描件；
    - （2）未按招标文件要求提供投标函；
    - （3）不符合法律、行政法规的其他条件；
  - 2.2 未按招标文件要求获取招标文件；
  - 2.3 专门面向中小企业采购的项目，未按招标文件要求提供中小企业声明函【注：投标人提供的货物（或服务或工程）须为中小企业制造（或提供或承接）】；
  - 2.4 不符合招标文件规定的其他资格条件。

当通过资格审查的合格投标人不足 3 家时，不得评标。本项目废标。

### 二、评标

- 1、当通过资格审查的合格投标人满足 3 家时，开始评标。
- 2、评标工作由为该项目专门组织的 5 人（含）以上单数组成的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
- 3、评标包括投标文件符合性审查、澄清有关问题、综合评分、推荐中标候选人或确定中标候选人等几个步骤。
- 4、评标方法和评标标准
  - 4.1 评审方法：本项目采用综合评分法，评标的基本步骤和基本要求如下：
    - 4.1.1 对投标文件进行符合性审查
      - 4.1.1.1 评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的投标无效，投标文件符合性审查不通过：

- 
- (1) 未按招标文件要求提供开标一览表；
  - (2) 出现有选择报价或两个及以上报价方案
  - (3) 货物报价一览表清单及数量与招标文件给出的清单及数量不一致；
  - (4) 对招标文件提出的商务要求及合同条款未完全响应；
  - (5) 对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离的（如果招标文件中有“★”标注的技术参数）；
  - (6) 对招标文件中未用“★”和“■”中任意一种符号标注的技术参数出现重大负偏离的（注：“重大负偏离”须经半数以上评委会成员认定）；
  - (7) 总投标价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
  - (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
  - (9) 投标人或投标人所投货物不符合国家相关强制性要求的；
  - (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.1.2 评审过程中，评委会认为投标人的总投标价明显低于其他通过符合性审查投标人的总投标价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间（合理的时间由评委会评审现场确定）内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能提供说明（或相关证明材料），或虽提供但未被评委会接受的，评委会应当将其作为投标无效处理。

4.1.1.3 未通过投标文件符合性审查的投标人的投标文件，不进入后续评标程序。  
当通过投标文件符合性审查的投标人不足三家时，本项目废标。

4.1.2 对通过符合性审查的投标人的投标文件，评委会对其符合性审查予以评审通过。

4.1.3 评委对通过符合性审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

4.1.3.1 评分（满分为 100 分）。评委对通过投标文件符合性审查的所有投标人进行评分，并分别填写评分表。具体评分标准如下：

| 序 | 评分 | 满分值 | 评分内容及标准 |
|---|----|-----|---------|
|---|----|-----|---------|

| 号 | 项目   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 价格分  | 30 分 | <p>以通过以上评审标准的投标人的有效最低总投标价为评标基准价，得满分 30 分，其余投标人的价格分均按照以下方式计算：价格分=（评标基准价/投标人的总投标价）×30%×100。（小数点后面保留两位小数，第三位四舍五入）。本项满分 30 分。</p> <p>注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标人的总投标价。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见投标人须知前附表。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | 业绩   | 3 分  | <p>自 2019 年 1 月以来，（以合同签订时间为准，无合同签订时间评审小组不予计分），所投血管造影 X 射线系统（DSA）业绩：</p> <p>1、投标人业绩（1.5 分）：自 2019 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评委会不予计分），所投品牌医用血管造影 X 射线系统（DSA）的医疗机构供货业绩，提供 1 个符合要求的业绩，得 1.5 分，满分 1.5 分。</p> <p>2、投标产品业绩（1.5 分）：自 2019 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评委会不予计分），所投品牌医用血管造影 X 射线系统（DSA）的医疗机构供货业绩，提供 1 个符合要求的业绩，得 1.5 分，满分 1.5 分。</p> <p>注：（1）投标人业绩合同甲方为医疗机构，合同乙方为投标人自己，合同为加盖公章的扫描件；投标产品业绩合同甲方为医疗机构，合同乙方不限，合同为加盖公章的扫描件；重复合同业绩只能算一份。</p> <p>（2）投标文件中须同时提供合同扫描件及合同甲方出具的验收合格证明（或合同甲方出具的货物使用质量良好&lt;或满意&gt;及以上评价证明）扫描件。验收合格证明（或合同甲方出具的货物使用质量良好&lt;或满意&gt;及以上评价证明）须含合同甲方公章，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予计分。</p> <p>（3）若合同中未清楚地反映业绩评审因素，投标文件中须提供合同甲方出具的相关证明材料扫描件。相关证明材料须含合同甲方公章及合同甲方经办人姓名、联系电话，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予计分。证明材料格式自拟。</p> <p>（4）若业绩合同乙方为 2 家及以上单位的业绩，评委会不予计分。</p> |
| 4 | 两创产品 | 6 分  | <p>投标人承诺采购清单中所有标注“两创”的产品均在最新一期《马鞍山市两创产品目录》内的，得 6 分。本项满分 6 分。</p> <p>注：投标人须在投标文件中提供《两创产品承诺函》且符合要求，否则评委会不予计分。（《两创产品承诺函》格式详见投标文件格式）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 企业信用 | 1 分  | <p>投标文件中提供了第三方征信机构出具投标人的信用报告，得 1 分。本项满分 1 分。</p> <p>注：（1）以上所述的“第三方征信机构”是指符合《征信业管理条例》要求的经营企业征信业务的征信机构，在投标文件中需附第三方征信机构在人民银行省级分支行完成企业征信机构备案的网址和截图，否则评委会不予计分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |      | (2) 信用报告须体现该报告在服务期内或有效期内，否则评委会不予计分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 技术指标响应情况 | 40 分 | <p>1、未用“■”标注的非主要技术参数的基准分为 8 分,全部满足得基准分 8 分,“■”标注的非主要技术参数若有负偏离,则在基准分基础上扣 1 分/项,扣完为止。本小项满分 8 分。</p> <p>2、用“■”标注的技术参数的基准分为 32 分,全部满足得基准分 32 分,用“■”标注的技术参数须提供以下相关技术证明文件之一(包括医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书或技术白皮书或产品彩页)予以证明,若未提供或提供有负偏离,则在基准分基础上扣 4 分/项,扣完为止。本项满分 32 分。</p> <p>注:</p> <p>1、投标人对用“■”标注的技术参数出现重大负偏离影响产品性能的,经半数以上评标委员会成员认定,本项得 0 分。</p> <p>2、用“■”标注的技术参数,需在投标文件中提供以下技术证明文件之一(医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书原件扫描件)予以证明,否则,磋商小组视为对投标文件中用“■”标注的技术参数出现负偏离。</p> <p>3、同一技术参数的表述不一致时,相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书。</p> |
| 7  | 免费质保期    | 3 分  | <p>投标人在 1 年的原厂免费质保服务的基础上每再增加 1 年原厂免费质保的加 1 分,满分 3 分。</p> <p>注:</p> <p>(1) 不足整年的部分按 0 年计算;</p> <p>(2) 原厂免费质保期以设备制造商出具的“原厂免费质保承诺书”为评分依据,若“开标一览表”中“免费质保期”与“原厂免费质保承诺书”中“免费质保服务”不一致时,中标人必须以较长的免费质保期提供服务。</p> <p>(3) 原厂免费质保期是针对投标人所投产品所有组成要件,包括设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | 售后服务     | 1 分  | <p>1、售后服务能力:根据所投设备原厂制造商设立的服务、维修网点的售后服务能力进行综合比较:售后服务能力强,得 0.5 分;次之得 0.3 分;再次之得 0.1 分;未提供不得分。本小项满分 0.5 分。</p> <p>注:售后服务能力以设备制造商出具的“所投设备的原厂制造商设立的服务、维修网点一览表”为评分依据。如投标人未列全,按“次之”或“再次之”评分。由此导致处于不利地位的风险由投标人自行承担。</p> <p>2、售后服务承诺:根据投标人在免费质保期内的售后服务承诺(故障响应时间、回访巡检方案、故障解决方案等)进行综合比较:售后服务水平高,得 0.5 分;次之得 0.3 分;未提供不得分。本小项满分 0.5 分</p>                                                                                                                                                                                      |
| 13 | 使用成本     | 2 分  | <p>1、综合比较所投设备免费质保期满后的维修内容及收费标准:使用成本较低,得 1 分;次之得 0.5 分;再次之得 0.25 分;未提供不得分。本小项满分 1 分。</p> <p>注:原厂维修内容和收费标准以设备制造商出具的“免费质保期满后的原厂维修内容及收费标准一览表”为评分依据,否则评委会不予计分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | 2、综合比较所投设备免费质保期满后的零配件、易损件内容及收费标准：使用成本较低，得 1 分；次之得 0.5 分；再次之得 0.25 分；未提供不得分。本小项满分 1 分。<br><b>注：原厂零配件、易损件内容及收费标准以设备制造商出具的“免费质保期满后的原厂零配件、易损件内容及收费标准一览表”为评分依据，否则评委会不予计分。</b>                                                         |
| 14 | 综合性能 | 14 分 | 1、投标产品的制造工艺、外观、材质：投标产品的制造工艺先进、外型美观、材质优异，得 4 分；次之得 3 分；再次之得 1 分。本小项满分 4 分<br>2、投标产品的功能、性能：投标产品的功能齐全、性能稳定，得 5 分；次之得 3 分；再次之得 1 分。本小项满分 5 分<br>3、投标产品的安全性、可靠性、稳定性、先进性及适用性：投标产品的安全、可靠性高，稳定、先进、适用性强，得 5 分；次之得 3 分；再次之得 1 分。本小项满分 5 分。 |

说明：

- 1、采购人可根据项目情况，在上表中选择相应的评分项目。评分项目的设定应当与投标人所提供货物的质量相关。
- 2、上表中的评分项目，如为主观评分的，最多分五个档次，每个档次分差最多不超过 2 分。

### 三、汇总排序

- 1、汇总得分：汇总评委会的评分表，并求出某一投标人的得分平均值，保留至小数点后两位小数，小数点后第三位四舍五入，即为该投标人的最后得分。
- 2、按照投标人最后得分由高到低排出中标候选人。最后得分相同的，按总投标价由低到高顺序排列出中标候选人。最后得分及总投标价均相同的，则通过摇号决定中标候选人排序。
  - 2.1 摇号程序如下：由现场监督人员或采购代理机构工作人员随机摇出投标人的号码，按摇出号码的大小，由大到小确定投标人的顺序，即号码大的中标排序在前，号码小的中标排序在后。
    - 2.1.1 具体程序：
      - （1）按现场开标系统显示的顺序进行摇号，由现场监督人员或采购代理机构工作人员进行摇号。
      - （2）每次摇出的号码不再重新放入摇号机中进行摇号。

- 
- (3) 所有进入摇号程序的有效投标人均须参加摇号, 否则评委会会有权将不参加摇号的投标人视为在投标有效期内撤回投标文件, 并按照《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》(马公管【2016】35号)规定处理。
- (4) 放入摇号机的号码球数量=进入摇号程序的有效投标人数量+10。例: 如进入摇号程序的有效投标人数量为5家, 则放入摇号机的号码球数量为15个。
- 3、投标人总投标价与公布的预算金额或最高限价相比降幅过小, 或投标人投标报价明显缺乏竞争性的, 评委会可以否决所有投标。
- 4、评委会对投标人的投标报价进行审核, 看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下:
- 4.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;
- 4.2 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- 4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- 4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;
- 4.5 同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力, 投标人书面不确认的, 其投标无效。
- 5、除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外, 不能对投标人的投标价格进行任何调整。
- 6、当通过符合性审查的投标人不足3家时, 本项目废标。
- 7、提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且评审后最后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审最后得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照本章评标办法“汇总排序”规定的方式, 确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 8、评审过程中, 评委会应当要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问

---

题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。

- 9、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 10、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
- 11、投标人简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。
- 12、评标结束时，评委会按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。
- 13、评委会有权否决全部投标。

#### 四、废标处理

1、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

- 1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（两家或两家以上投标人所投核心产品的品牌相同时视为一家投标人）；
- 1.2 投标人的报价均超过预算价或最高限价，采购人不能支付的；
- 1.3 评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
- 1.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 1.5 因重大变故，采购任务取消的；
- 1.6 招标文件规定的其他应当废标的情形。

2、废标后，采购代理机构将废标理由以公告的形式通知所有投标人。

3、评标过程的保密

- 
- 3.1 评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
  - 3.2 在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。
  - 3.3 采购代理机构对未中标人不解释未中标原因。

---

## 第八章 系统提交投标文件及有关要求

本项目实行系统提交投标文件，现将有关要求告知投标人，包括但不限于以下内容：

1、本项目采用系统提交投标文件方式，投标文件的制作以及如何进行系统提交投标文件详见：《马鞍山网上招投标系统电子标书制作工具及网上投标操作手册》，网址：马鞍山市公共资源交易中心网（<http://zbcg.mas.gov.cn/>），如有技术问题请联系 400-998-0000，0555-5200194。

2、制作系统提交的电子投标文件：详见《马鞍山网上招投标系统电子标书制作工具及网上投标操作手册》，网址：马鞍山市公共资源交易中心网（<http://zbcg.mas.gov.cn/>）

3、网上电子投标文件的提交：详见《马鞍山网上招投标系统电子标书制作工具及网上投标操作手册》，网址：马鞍山市公共资源交易中心网（<http://zbcg.mas.gov.cn/>）

4、系统提交的电子投标文件应按招标文件规定的格式签署盖章。

5、投标人应在投标文件提交截止时间之前，从网上招投标系统提交加密后的电子投标文件。

5.1 投标人编制电子投标文件应登录马鞍山招标采购网上交易系统（<http://220.178.224.43/mashy>），从帮助中心下载安装投标文件制作软件，按照软件提示更新到最新版本，用最新版本投标文件制作软件制作电子投标文件，否则由此导致的投标文件无法上传等不利后果由投标人单方面承担。

5.2 由于投标人编制投标文件所用电脑配置、系统、软件的差异性，投标人使用投标文件制作软件生成、上传投标文件前，应当进行预览，检查编制的投标文件文字、图片内容是否完整呈现，否则因投标文件中文字、图片内容呈现不完整而导致在评审中处于不利地位的风险由投标人单方面承担。

6、所有投标人应携带本单位 CA 锁完成投标文件的解密工作。因投标人自身原因导致解密失败的，风险由投标人自行承担。采购人应在所有投标人完成 CA 锁解密工作后，进行采购人 CA 锁解密工作。

---

7、采用系统提交投标文件的，在规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已提交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标文件提交截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

8、开评标过程中出现不可预见的停电、网络中断等情况致使开评标活动不能正常进行时，经马鞍山市公共资源交易监督管理局批准后，宣布该项目暂停，并将所有投标文件封存，待设备恢复后继续进行开评标活动。