

哈尔滨医科大学附属第六医院其他仪器仪表比价比价采购需求公告

发布时间：2025-09-04 11:18:40

项目名称：哈尔滨医科大学附属第六医院其他仪器仪表比价
项目编号：BJCG250904310221120

项目基本信息

采购单位：	哈尔滨医科大学附属第六医院	报价截止时间：	2025-09-10 09:00:00
项目预算(元)：	2,500	联系人：	单位经办人
送货地点：	黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道哈尔滨医科大学附属第六医院	到货时间：	合同签订后7个日历日到货
签约时间：	成交公告发布后7个工作日内签署合同	仅面向中小企业：	否
小微企业优惠率(%)：	0		

售后服务要求

售后服务网点：	无具体要求	免费维修质保期：	1年
电话支持响应要求：	7*24小时	售后上门服务年限：	1年
售后上门服务时限：	接到报修后48小时		

踏勘需求

踏勘地点：踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

						商 品 报 价			
1	其他仪 器仪表	个人剂量报警仪	贝利特:B Li T;	台	10	否	是	是	1. 尺寸与重量: 产品尺寸为99x69x24mm, 重量仅110克, 小巧轻便, 便于携带。 2. 探测射线种类: 能够探测Y、X和硬B射线, 可应对多种射线检测场景。 3. 探测器: 采用能量补偿GM管(盖革计数管), 确保探测的准确性与稳定性。 4. 剂量当量率: 测量范围为0.00 - 99999uSv/h (99mSv/h), 可精确测量不同强度的剂量当量率。 5. 积累剂量当量: 范围从0.00uSv至999.0mSv, 满足对积累剂量当量的广泛测量需求。 6. 能量范围: 在48keV - 1.5MeV区间内, 相对误差≤±30% (对137Cs-), 保证能量测量的可靠度。 7. 语言: 支持中文与英文任意切换, 方便不同语言使用者操作。 8. 相对固有误差: ≤±5% (137Cs1mSv/h), 测量结果精准度高。 9. 灵敏度: 达到80CPM/uSv/h (对于Co - 60), 对射线反应灵敏。 10. 剂量率单位: 可在 μ Sv/h、uGy/h、mR/h, cps、cpm中任意选择, 适配不同计量习惯。 11. 供电方式: 使用2只7号(AAA)电池供电, 方便获

									取。 12. 续航时间：电池续航时间在26 - 30天左右（24小时连续工作），持久耐用。 13. 报警设置：当前剂量率和累计剂量值各有8种报警阈值可任意选择，报警方式包含声音、震动、灯光，确保及时通知使用者潜在风险。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

比价采购规则：

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。