


单一来源采购专家论证意见表

2024 年 9 月 9 日

项目名称	济宁市中西医结合医院日本岛津血管造影机球管采购项目		
采购单位	济宁市中西医结合医院		
项目概况	本项目为济宁市中西医结合医院日本岛津血管造影机球管采购项目，原厂 3 年维保期已过期。现设备出现故障，需要更换球管设备。		
预算金额	127 万元	资金来源	财政资金
单一来源采购专家论证意见	专家论证意见如下： 日本岛津血管造影机出现故障，经原厂工程师采用替换法判断为球管故障，需更换。因所需的球管只有设备原厂（岛津公司）才能提供，目前市场上尚无可以替代原厂的配件，且安装和调试必须经原厂培训资质的工程师进行操作，国药医工(山东)医学技术有限公司为岛津心血管造影设备唯一授权代理商，具有唯一性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条单一来源采购的情形。 综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，建议该项目采用单一来源方式进行采购，由国药医工(山东)医学技术有限公司提供服务。 论证专家签字： 2024 年 9 月 9 日		
采购人确认	 采购人（盖章） 2024 年 9 月 9 日		

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 石乃谷士	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 洛部疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 济宁市中西医结合医院日本岛津血管造影机球管采购项目	
	供应商名称: 国药医工(山东)医学技术有限公司	
专业人员论证意见	日本岛津血管造影机球管已损坏。该造影机器需用原厂球管配套使用,才能保证正常运转和工作。 目前市场上尚无可以替代原厂的配件。国药医工(山东)医学技术有限公司为岛津心血管造影设备的唯一代理商。 为保证机器的稳定正常运转。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。建议该项目采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	石乃谷士	日期: 2024 年 9 月 9 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜伟新	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市中西医结合医院日本岛津血管造影机球管采购项目	
	供应商名称: 国药医工(山东)医学技术有限公司	
专业人员论证意见	日本岛津血管造影机球管只有原厂岛津公司才能提供,目前市场上无可以替代原厂的配件,且安装和调试必须经原厂培训资质的工程师进行操作,具有唯一性,国药医工(山东)医学技术有限公司为唯一授权经销商,建议采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	姜伟新	日期: 2024 年 9 月 9 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：谢子豪	
	职称：副高	
	工作单位：济宁市中西医结合医院	
项目信息	项目名称：济宁市中西医结合医院日本岛津血管造影机球管采购项目	
	供应商名称：国药医工(山东)医学技术有限公司	
专业人员论证意见	日本岛津.进口机球管设备。认为 规格降, 需更换。该配件只有 该厂家厂方能检修, 且该配件 拆成后厂配件。因此通过(山东) 医学技术采购有限公司为该设备唯一 授权代理。具有唯一性。符合 国家相关规定。根据《中华人民 共和国政府采购法》第三十一条 进行单一来源采购。	
专业人员签字	谢子豪	日期：2024 年 9 月 9 日

参会人员签到表

项目名称：济宁市中西医结合医院日本岛津血管造影机球管采购项目

时间：2024年9月9日

[illegible]