

# 技术要求（入炉煤物资）

## 一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	三氧化钨	AR 500g	瓶	2	1年	
2	水位计	WGQT098, /浮力水位感应带连接 接线	个	2	1年	
3	氧弹密封圈	ZZPJ031/2.5*1.8	套	10	1年	
4	煤科院标煤	GBW11126i	瓶	3	6个月	
5	苯甲酸（35g/ 瓶）（片状）	WGBW009/计量院一级苯甲酸， 质量0.5g，热值26000J左右	瓶	5	1年	
6	点火丝	WGQT009 直径0.12mm，热值 50J，重量5g，5g/盒	盒	40	1年	
7	燃烧室组件 （单管燃烧室 +石英座）	ZZPJZ018/FCL400 耐高温石英 玻璃	套	1	1年	
8	电解池	WGQT099/300ml STY-WG004	个	1	1年	
9	硅胶管	内径Φ5，白色	米	10	1年	
10	坩埚托盘	WXBJQT091/CS-02-1602-16	块	1	1年	
11	标煤	GBW11101y	瓶	3	6个月	
12	标煤	GBW11104q	瓶	3	6个月	
13	标煤	GBW11112q	瓶	3	6个月	
14	标煤	GBW11126h	瓶	3	6个月	
15	测硫仪玻璃干 燥管	WXBL053/圆形长20 直径3	根	4	1年	
16	测硫仪硅碳管	WGFRGT002/耐高温，最高温度 1300度，长25，直径5	根	1	1年	
17	马弗炉热电偶	WGRD009/K型-270-3.0(带补偿 导线)	根	2	1年	
18	测硫仪吹气泵	WGQTBL013/24V 气泵，气流量 1~3L，	个	2	1年	
19	马弗炉光电开 关	WGDZGD009/光电感应，圆形， 长2.5 直径1.5 带连接线	件	2	1年	

## **二、适用范围及环境**

适用于长沙远光瑞翔科技有限公司的测硫仪、马弗炉、量热仪，物资需匹配原设备使用。

## **三、主要技术参数及要求**

按照物资规格要求执行，要求投标前与采购方专业人员进行沟通，必要时到现场进行确认投标设备，确保到厂设备更换后能正常投运。

## **四、证件要求**

产品合格证、出厂试验合格证。

## **五、包装及运输要求**

要求货物不受损。包装不回收、不计费。公路运输、运杂费、装卸费由供货方承担全部安全责任。

## **六、供货及售后服务要求**

中标后1个月内发货。如在质保期内正常使用中因质量出现问题，由供货方提供维护或更换材料设备。

## **七、检验要求**

由采购方安排专人对到货设备材料进行验收，要求符合国家标准要求，外观无破损能正常使用。