

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	许淑娥
	职称:	主任技师
	工作单位:	陕西省肿瘤医院
项目信息	项目名称:	主院区西院体检中心 CT 扫描机球管更换服务采购项目
	项目采购预算:	142 万元
	供应商名称:	佳能医疗系统（中国）有限公司
专业人员论证意见	本项目拟购的CT球管是为该院专用的佳能（及东芝）AQUILION/VISION CT机（XB-750F）所购置的数亿串、核心专用配套产品，属专机专用，对该球管的技术参数、物理尺寸、性能有着严格的要求，任何第三方产品均无法与该设备匹配和兼容，无法保证设备的图像质量和设备的正常运转，故建议该项目采用单一来源方式进行采购。 由佳能医疗系统（中国）有限公司提供货源和相关技术支持。	
专业人员签字	许淑娥	2025 年 7 月 18 日
专业人员与项目专业相关性声明	相关专业	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 杨淑燕	
	职称： 教授	
	工作单位： 西华医院	
项目信息	项目名称：主院区西院体检中心 CT 扫描机球管更换服务采购项目	
	项目采购预算：142 万元	
	供应商名称：佳能医疗系统（中国）有限公司	
专业人员论证意见	陈西华医院现有佳能 AQUILION / VISION CT 机，现需更换 CT 球管 CXB-750F。球管为 CT 核心配件，属于专用。为确保 CT 在机正常运转，图像的稳定性和图像质量，建议采取单一来源方式采购本次服务。佳能医疗系统（中国）有限公司为佳能医疗株式会社在中国的合资子公司，为中国大陆唯一分销商，负责医院设备的售后服务和维护保养。故由该公司为本次采购的唯一供应商。	
专业人员签字	杨淑燕	2025 年 7 月 18 日
专业人员与项目专业相关性声明	专业相关	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 袁惠茹	
	职称: 副高	
	工作单位: 西安交大二附院	
项目信息	项目名称: 主院区西院体检中心 CT 扫描机球管更换服务采购项目	
	项目采购预算: 142 万元	
	供应商名称: 佳能医疗系统（中国）有限公司	
专业人员论证意见	省医院主院区西院体检中心 CT 扫描机球管更换服务采购项目。同时球管是为该体检中心专用的佳能 CXB-750F 配套使用的电子核心部件。专机专用。无可替代性。目前市场其他产品无法做到无缝兼容匹配，为保证体检机的高效运转。图像采集质量。本项目建议采用单一来源方式进行采购。 唯一 本项目由佳能授权的“佳能医疗系统（中国）有限公司”提供产品。	
专业人员签字	袁惠茹	2025 年 7 月 18 日
专业人员与项目专业相关性声明	袁惠茹	

单一来源采购方式专业人员综合论证意见

项目信息	项目名称：主院区西院体检中心 CT 扫描机球管更换服务采购项目
	供应商名称：佳能医疗系统（中国）有限公司
日期	2025 年 7 月 18 日
专业人员综合 论证意见	该项目是为该院应用佳能（及东芝）A01110N/12510N CT机，型号：CXB-750X，所购置的配套使用的核心、关键维修配件。对该配件的技术性能、及物理尺寸有着相当严格的要求。任何第三方产品，均无法与之匹配和兼容，无法保证该设备的图像质量及设备整机的稳定、安全运行。故建议该项目采用单一来源方式进行采购。 由该项目在中国大陆地区唯一经销商佳能医疗系统（中国）有限公司提供货源及相关的技术支持。
专业人员签字	许永斌 杨海燕 陈书华
采购人签字	陈漫