

新疆喀什地区医院一批医疗器械的采购需求

发布日期：2025 年 07月 23日

一、采购方式：依托政府驻地电子卖场

采购执行编号：2025070233

二、预算金额：175000元

三、项目详情表

因我院工作安排，现需购买医院一批医疗器械。

四、参数

序号	产品名称	规格	数量	单位	交货日期	备注
1	吞咽神经肌肉低频电刺激仪	1 输入功率：≤50VA，支持交流电源（AC 220V）或内置电池（锂电池） 2 输出电流：通常为0-100mA；输出频率10Hz-100Hz，支持多档调节 3 输出通道：通常2-4个通道，每路输出单独操作，可同时刺激多个部位； 4 调制波形：有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波、间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等脉冲波形； 5 工作时间：10min 20min 30min；治疗时间到语音提示，并停止输出； 6 治疗模式：电刺激模式、生物反馈模式、组合模式 7 不少于四种处方设置:每种处方有多种波形循环； 8 脉冲宽度：宽度在100us和500us之间可调； 9 设备具有恒温装置，温度控制在60℃以下，同时设置附件线路检测功能。	1.00	台	确认中标供货商，7个工作日内完成供货	
2	便携式电针治疗仪	1 输入功率：≤100VA，支持交流电源（AC 220V）或者内置锂电池 2 脉冲频率：0.5Hz~500Hz 3 输出组数：电疗4组、热疗四组、一路激光输出，每路输出单独操作，同异步治疗四位患者或四个部位； 4 调制波形：有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波、间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等脉冲波形； 5 工作时间：10min 20min 30min；治疗时间到语音提示，并停止输出； 6 内存功能：负压治疗、激光治疗、全	2.00	台	确认中标供货商，7个工作日内完成供货	

		功能、中频、针灸、按摩等； 7 不少于四种处方设置:每种处方有多种波形循环； 8 脉冲宽度、幅度：宽度在0.008ms和0.6ms之间；最大输出幅度≤150Vp，可逐档调节 9 设备具有恒温装置，温度控制在60℃以下，同时设置附件线路检测功能。				
3	单臂外科塔	1. 所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊桥在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 2. 横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。 3. 横梁为封闭式设计，底部无开孔 4. 符合气电分离要求，确保吊桥使用安全性。 5. 底板具有排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。符合《11197-2019医用供气装置》要求，（需提供检测所检测报告） 6. 气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby（原位待接通状态）功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉 7. 内置LED照明灯和夜光背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间，确保LED灯泡寿命≥20000小时。 8. 吊桥设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，美观时尚、更易清洁；（需提供SGS抗菌粉检测报告） 9. 设备架在横梁上移动距离≥410mm 10. 所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上。 11. 所有气管为原装进口医用气体管路，提供报关单及相关证明文件 12. 符合欧盟吊桥四倍承重系数安全负载要求。（提供由欧盟认可的公告机构颁发的产品认证证书及自我符合性声明） 13. 吊桥防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。（提供检测报告） 14. 吊桥的防火等级至少为UL94-V1级。（提供检测报告） 15. 干、湿分区 16. 干区 17. 干区承重负载能力≥300Kg. 18. 箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM 19. 满载后倾斜角度≤1度 20. 标配气动刹车，便于滑车定位与移动 21. 德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个），含所有插头 22. 电源插座不少于6个 23. 网络接口 不少于1个	1.00	台	确认中标供货商，7个人工作日内完成供货	

	24. 等电位住不少于2个 25. 二层设备托盘，其中一层带抽屉 26. 托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨。 27. 折叠式托盘，节约ICU空间，便于急救护理。 28. 配置一键解锁式营养泵输液系统 29. 配置导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案 30. 配置备用呼吸球囊收纳装置 31. 湿区 32. 湿区承重负载能力≥300Kg 33. 箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM 34. 满载后倾斜角度≤1度 35. 标配气动刹车，便于滑车定位与移动 36. 德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气1个） 37. 湿区可选配一键式解锁系统的双关节伸展臂，输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，以防止滴液损坏泵体，承重≥30Kg（检测报告）； 38. 湿区配前置输液架系统； 39. 电源插座不少于6个 40. 托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨，抽屉具有分格及标识功能。 41. 配置电源线集线收纳方案 42. 配置吸痰管收纳装置				
	20. 标配气动刹车，便于滑车定位与移动 21. 德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个），含所有插头 22. 电源插座不少于6个 23. 网络接口 不少于1个 24. 等电位住不少于2个 25. 二层设备托盘，其中一层带抽屉 26. 托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨。 27. 折叠式托盘，节约ICU空间，便于急救护理。 28. 配置一键解锁式营养泵输液系统 29. 配置导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案 30. 配置备用呼吸球囊收纳装置 31. 湿区 32. 湿区承重负载能力≥300Kg 33. 箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM 34. 满载后倾斜角度≤1度 35. 标配气动刹车，便于滑车定位与移动 36. 德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气1个） 37. 湿区可选配一键式解锁系统的双关节伸展臂，输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，以防止滴液损坏泵体，承重≥30Kg（检测报告）；				

		38. 湿区配前置输液架系统; 39. 电源插座不少于6个 40. 托盘必须为铝合金材质, 表面无螺钉, 抽屉使用内藏式自吸合导轨, 抽屉具有分格及标识功能。 41. 配置电源线集线收纳方案 42. 配置吸痰管收纳装置				
4	可视喉镜	麻醉视频喉镜 产品尺寸: $\leq 350 \times 250 \times 100\text{mm}$ 显示屏: $\geq 3.0''$ TFT 景深: 10-60mm 视场角: $60^\circ \pm 15\%$ 光照度: $\geq 150\text{Lux}$ 分辨率: 空间分辨率 $\geq 7\text{lp/mm}$ 显示器前后旋转角度: $190^\circ \pm 15\%$ 左右旋转角度: $270^\circ \pm 15\%$ 电池: 内置可充电电池, 通用充电接口 温升指标: 表面温升不超 10° 配件1套 (含显示器1台、喉镜手柄1个、USB充电线1条、一次性使用喉镜片3片, 质保期一年	2.00	台	确认中标供货商, 7个工作日内完成供货	

五、参与采购活动的供应商基本资格条件

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

六、报价文件要求: (加盖公章, 扫描成 1 个PDF上传)

- 1、封面
- 2、报价明细表
- 3、售后服务承诺
- 4、“三证合一”营业执照副本 (复印件)
- 5、产品注册证、生产许可证、经营许可证 (复印件)

6、医疗器械经营许可证/备案凭证

7、质量管理体系认证

七、报价

1、报价包含邮费、税费及与本项目相关的一切费用，且报价方须一次报出不得更改的价格。

2、除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。所有单价按照报价一览表和合同格式要求填报（视情对价格构成进行说明）。

3、报价有效期不得少于叁拾日。

八、报价文件递交时间

1、时间：依据政采云军采平台的报价截至时间

2、递交方式：将报价资料按要求整理好，加盖公章，扫描为 1 个PDF 上传至政采云军采平台。

九、评审

1、成立采购小组

根据本次采购项目的性质依法成立 2 人采购小组。

2、评审原则

政采云军采平台根据符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

十、其他事项

本次采购的相关事宜由采购机构负责解释。

十一、联系方式（如有疑问或质疑请及时联系）

联系人：热先生 电话：19999581174 0998-2731143

监督电话：0998-2731039