

政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况

- 1、采购组织机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司
- 2、项目名称：五分类血液细胞分析仪采购项目
- 3、项目编号：JD2023BF-113-01
- 4、采购内容：五分类血液细胞分析仪采购项目
- 5、开标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心（通过“政府采购云平台”实行在线投标响应） 通过“政府采购云平台”实行在线投标响应
- 6、采购单位：建德市卫生健康局
- 7、预算执行确认书编号：临[2023]2221号
- 8、采购预算金额：185万元
- 9、采购方式：公开招标
- 10、发布采购公告时间：2023-10-18
- 11、公告采购发布网站：浙江省政府采购网
- 12、采购响应截止时间：2023-11-08 09:30:00
- 13、供应商获取采购文件情况：浙江锦扬生物科技有限公司,杭州珂盈生物科技有限公司,杭州石诚医疗科技有限公司,浙江德祥生物科技有限公司,深圳市国赛生物技术有限公司,英迈健（杭州）医疗技术有限公司,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,上海润达医疗科技股份有限公司8家供应商获取了本项目采购文件
- 14、供应商投标（响应）情况：浙江锦扬生物科技有限公司,杭州珂盈生物科技有限公司,杭州石诚医疗科技有限公司,浙江德祥生物科技有限公司,深圳市国赛生物技术有限公司5家供应商投标
- 15、更正公告发布时间：2023-10-19
- 16、更正公告发布网站：浙江省政府采购网

二、评审小组组成

- 1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过 自行抽取 的方式确定评审专家，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人，分别如下：

姓名	单位	职称/身份	手机号码	备注
吴龙	杭州新滨置业有限公司	正式专家	15868894448	组长
严晓慧	杭州溥畅生物科技有限公司	正式专家	13858118010	组员
王裕成	宁波长三角电力工程有限公司;淳安县环境保护监测站;淳安县环境保护监测站	正式专家	15867145256	组员
徐晓锋	桐庐健博医疗器械有限公司	正式专家	18958172355	组员
张晓东	建德市卫生健康局	采购人代表	15990108380	组员

- 2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。
- 3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。
- 4、评审小组其他情况说明：无

三、评审方法和标准

本项目采用 综合评分法，具体评分标准详见采购文件“评审办法”（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）。

四、评审情况及说明

- 1、资格性审查情况说明：无

2、符合性审查情况说明：无

3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况：无

4、提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况：

深圳市国赛生物技术有限公司 问:1.招标文件采购需求中“4.进样方式：全自动进样，封闭进样”，贵方投标文件商务技术偏离表中显示为“进样方式：自动进样，开放进样，开放与封闭进样方式随心选择”商务技术文件P19页的技术参数描述为“6.进样方式：自动进样，开放进样”，并未标明可以封闭进样，是否具备封闭进样功能，请明确。2.招标文件采购需求中“19具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件”，贵方投标文件中未找到溯源性文件资料，请予以明确在投标文件何处；3.招标文件采购需求中“16.▲国家卫生部临检中心具有独立的室间质控分组”，贵方投标文件商务技术偏离表中显示为无偏离但商务技术文件中未找到相关证明材料予以明确。4.招标文件采购需求中“14.CRP线性范围：

0.2~320mg/L”，贵方投标文件商务技术偏离表中显示为正偏离但商务技术文件中未找到相关证明材料予以明确。答:已澄清

浙江锦扬生物科技有限公司 问:贵方报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，请按照要求提供书面说明或者相关证明材料。答:已澄清 问:1.招标文件采购需求中“11.▲检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时”，贵方投标文件P54页的技术参数描述中缺少CRP模式的检测速度，请予以明确在投标文件何处；2.招标文件采购需求中“18.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧”，贵方投标文件P55页的技术参数描述中显示的为仪器拥有自动检测堵孔，自动排堵的功能，并未明确是否有正反冲洗，高压灼烧的功能，请予以明确；3.招标文件采购需求中“19具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件”，贵方投标文件中未找到溯源性文件资料，请予以明确在投标文件何处；4.招标文件采购需求中“16.▲国家卫生部临检中心具有独立的室间质控分组”，贵方投标文件商务技术偏离表中显示为无偏离但商务技术文件P60页提供的资料为CNAS证书，在投标文件中是否有其他材料证明有国家卫生部临检中心具有独立的室间质控分组。答:已澄清

杭州石诚医疗科技有限公司 问:贵方报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，请按照要求提供书面说明或者相关证明材料。答:已澄清

杭州石诚医疗科技有限公司 问:贵方报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，请按照要求提供书面说明或者相关证明材料。答:已澄清

杭州石诚医疗科技有限公司 问:贵方报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，请按照要求提供书面说明或者相关证明材料。答:已澄清

杭州石诚医疗科技有限公司 问:贵方报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，请按照要求提供书面说明或者相关证明材料。答:已澄清

5、比较和评价（包括技术和商务偏离情况，重点比较和评价候选供应商的优劣）：

所有投标人所投产品技术指标均满足采购文件要求，其中杭州珂盈生物科技有限公司所投产品更适宜本项目，推荐为中标候选人。

6、供应商得分排序表

标项1:

序号	供应商	报价(元)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
3	杭州珂盈生物科技有限公司	1095000元（壹佰零玖万伍仟元整）	59.78	11.23	71.01	1
1	浙江锦扬生物科技有限公司	600000元（陆拾万元整）	45.36	20.5	65.86	2
5	深圳市国赛生物技术有限公司	860000元（捌拾陆万元整）	45.62	14.3	59.92	3
2	杭州石诚医疗科技有限公司	410000元（肆拾壹万元整）	29.9	30.0	59.9	4
4	浙江德祥生物科技有限公司	1800000元（壹佰捌拾万元整）	31.7	6.83	38.53	5

7、推荐的中标（或成交）候选人

综上，现推荐中标候选人：

第一中标候选人：杭州珂盈生物科技有限公司

8、其他需说明的评审情况：

评审小组成员签字：马明芳 陈波 张明东 吴晓 王德成

现场监督员: 沈应地

项目经办人: 余东平

2023年11月08日