重庆两江新区中医院医疗设备采购(LJQ25A00053)澄清文件二号

各潜在投标人：

为进一步确保项目质量，满足使用要求，现将“重庆两江新区中医院医疗设备采购(LJQ25A00053)”政府采购招标文件更正如下：

一、原招标文件第二篇项目技术（质量）需求一、招标项目一览表，分包1：医疗设备采购序号19电动骨组织手术系统内容为：

序号	标的名称	医疗器械类别	数量/单位	总价最高限价（万元）	备注
脊柱双通道手术系统					
19	电动骨组织手术系统	第三类	1个		

修改为：

序号	标的名称	医疗器械类别	数量/单位	总价最高限价（万元）	备注
脊柱双通道手术系统					
19	电动骨组织手术系统	第二类	1个		

二、原招标文件二、招标项目技术需求及技术参数（二）脊柱双通道手术系统4.电动骨组织手术系统技术参数。

4.1 主机：材质为ABS，尺寸≤250 mm×240 mm×120 mm，液晶屏显示，屏幕≥5寸，输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

※4.3 开放手柄：转速≥50000 r/min，电机最大功率100W，手柄材质不锈钢或同等性能材料，可高温灭菌。外径≤19mm，主体长度≤90mm，重量≤140g（不含线缆），手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热。

4.4 一体式弯曲刀头：不锈钢刀杆弯曲，刀杆内注水设计，刀头直径1mm-4mm或等效规格范围可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。杆径≤5.0mm，工作转速≥

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

50000r/min，可高温灭菌。

4.5 带护鞘磨头：弯曲一体式护鞘刀头，前端刀杆弯曲，不锈钢刀杆内注水设计，杆径≤5mm，工作转速≥50000 r/min，可高温灭菌。

4.6 增速磨头：前端刀杆弯曲，不锈钢刀杆内注水设计，杆径≤5mm，刀具转速≥100000 r/min，可高温灭菌。

※4.7 动力骨刀：不锈钢刀杆直径≤5mm，内注水设计，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min，可高温灭菌。

4.8 摆动形动力骨刀：不锈钢刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min ，可高温灭菌。

修改为：

4.1 主机：尺寸≤320mm×310 mm×180 mm，液晶屏显示，屏幕≥5 寸,输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

※4.3 开放手柄：转速≥50000 r/min，电机最大功率 100W，手柄材质不锈钢或同等性能材料，可高温灭菌。外径≤20mm，主体长度≤120mm，重量≤150g（不含线缆），长时间使用，手柄不发热。

4.4 一体式弯曲刀头：不锈钢刀杆弯曲，刀头直径 1mm-4mm 或等效规格范围可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。杆径≤5.0mm，工作转速≥40000r/min，可高温灭菌。

4.5 带护鞘磨头：弯曲一体式护鞘刀头，前端刀杆弯曲，杆径≤5mm，工作转速≥40000 r/min，可高温灭菌。

4.6 增速磨头：前端刀杆弯曲，杆径≤5mm，刀具转速≥80000 r/min，可高温灭菌。

※4.7 动力骨刀：不锈钢刀杆直径≤5mm，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥15000r/min。

4.8 摆动形动力骨刀：不锈钢刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥20000r/min 。

本次更正后的政府采购招标文件详见本次一并发布的《第一次更正后的政府采购招标文件》，投标响应以此为准。

采购人：重庆两江新区中医院

日期：2025 年 6 月 12 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App