

消化内科胃肠多功能治疗仪参数 一

- 1.胃/肠起搏波形（低频调制部分）频率:0.033Hz~0.333Hz（2~20cpm），分档可调(步距 0.1cpm)，误差 $\leq \pm 5\%$ （默认胃起搏为 3cpm，肠起搏为 12cpm）。
- 2.胃/肠起搏波形（中频载波部分）频率：1.1kHz，误差 $\leq \pm 5\%$ 。
- 3.胃/肠起搏输出：中频载波叠加音频波形作为输出。
- 4.胃/肠起搏输出峰值：24V，连续可调，误差 $\leq \pm 20\%$ 。
- 5.穴位刺激输出：纯音乐信号作为输出。
- 6.穴位刺激端输出峰值：24V，连续可调，误差 $\leq \pm 20\%$ 。
- 7.治疗时间：20~40 分钟，分档可调，误差 $\leq \pm 5\%$ 。
- 8.主机有彩色触摸显示屏，可显示并设置治疗部位、强度、频率、音乐处方等。
- 9.治疗过程中可通过耳机聆听音乐，感受刺激与音乐的同步脉动。
- 10.提供胃/肠起搏输出端口、穴位刺激输出端口耳机端口。
- 11.音频控制：可切换音乐处方、可调节音量大小、可暂停。
- 12.提供耳机
- 13.提供延长线
- 14.电源条件：a.c.220V $\pm 10\%$ ，50Hz。
- 15.配套工作站及附件。
- 16.病人信息、基本资料和临床资料的输入。
- 17.病例档案管理和查询功能。
- 18.可移动床旁操作或配台车。

已阅
常由

