

呼中区第一中学自动验光仪采购比价比价采购需求公告

发布时间：2025-10-09 10:02:51

项目名称：呼中区第一中学自动验光仪采购比价
项目编号：BJCG250908710557720

项目基本信息

采购单位：呼中区第一中学
项目预算(元)：40,710
送货地点：黑龙江省大兴安岭地区呼中区河西路新北四道街61号
签约时间：成交公告发布后10个工作日内签署合同
小微企业优惠率(%)：无

报价截止时间：2025-10-14 09:00:00
联系人：董德武
到货时间：合同签订后15个日历日到货
仅面向中小企业：是

售后服务要求

售后服务网点：无具体要求
电话支持响应要求：7*12小时
售后上门服务时限：接到报修后24小时

免费维修质保期：5年
售后上门服务年限：5年

踏勘需求

踏勘地点：
踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允许进口商	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	---------	------	--------	------

						品 报 价			
1	其他仪 器仪表	自动验光仪	所谓:sw—8000;	台	1	否	是	是	<p>一、验光仪测量范围 1、球镜度的测量范围为-30D~+30D（最小分辨率为 0.01D） 2、柱镜度（绝对值）的测量范围为 0~12D（最小分辨率为 0.01D） 3、柱镜轴位的测量范围为 0°~180°（最小分辨率为 1°） 4、曲率半径的测量范围为 6.5mm~10.5mm（最小分辨率为 0.01mm） 5、角膜屈光度为32.1D~51.9D 6、主子午线轴位的测量范围为 0~180°（最小分辨率为 1°）</p> <p>二、其它性能参数 1、采用 10.4英寸 TFT 触摸屏（视角可调） 2、打印机：57mm 热敏打印机、自动切纸 3、出瞳处可见光照度值：<3Lx 4、电源电压：AC100-240V 5、电源频率：50/60Hz 6、功耗：60VA 7、净重：24Kg 8、外形尺寸：长451mm×宽 309mm×高 502mm 9、本验光仪的使用期限为 10 年，为保证计量准确，请每年进行计量检定。</p> <p>三、防护等级 1、产品等级：医疗器械二级 2、电气冲击：I 级（接地） 3、电气冲击防护等级：B 类 四、设备类型 1、防电击类型：I类</p>

									设备部分设备 2、防电击程度：B型应用 3、非AP型设备，非APG型设备 4、运行模式：连续运行 5、设备不能在易燃麻醉气体的环境下使用 为了更好的提供售后服务，保证供货质量，供应商报价时需提供制造厂商针对此项目的商品销售授权书原件、参数确认函原件及售后服务承诺函原件并加盖制造厂商公章（项目中标后需提供原件查验）。报价供应商需提供第二类医疗器械经营备案凭证。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

比价采购规则：

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有一项不符合需求，采购人有权提起投诉。

10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。