

河池市金城江区河南社区卫生服务中心能力提升采购项目更正公告

一、公告内容

原公告的采购项目编号：HCZC2024-G1-020160-GXCC
原公告的采购项目名称：河池市金城江区河南社区卫生服务中心
首次公告日期：2024 年 4 月 23 日

二、更正信息

更正事项：招标文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件-第三章 采购需求-技术参数-10. 智能煎煮仪	1、变量包装，包装容量随意调节； 2、微电脑控制设计，数字显示，采用液晶屏操控显示，操作简便大方、直观易懂； 3、全不锈钢机箱，经久耐用，耐腐蚀，永不生锈，美观大方； 4、特种玻璃锅体，可视煎药过程，药效充分提取； 5、圆形过滤罩和中药过滤袋两层过滤，避免电磁阀中药液体管道堵塞。 6、文火武火自动转换，符合中药炮制原理； 7、改进注液功能，杜绝冲激气泡； 8、煎药防干烧功能，漏电保护装置，保证安全； 9、时间自主设定，自动控制煎药温度； 10、设置有排水装置，方便清洗； 11、防静电专用脚轮，固定性能好，无噪音产生。 12、可煎 2 个处方，适用于中医诊所，卫生院，药店	1、输入电源：220V±15% 2、输出功率：750 瓦/每锅 3、容量：2.6 升锅、5 升锅（可选） 4、火力选择：自动转换武火文火 5、控制方式：单灶位控制 6、工作灶位：可任意选择工作锅数 7、电源频率：50HZ 8、定时范围：0~99 分钟 9、工作方式：手动设置控制 10、灶位数量：4、6、10 灶位 11、煎药容器：不锈钢材料，尺寸为 23 cm 12、电脑制动控制，操作方便简单，卫生无污染 13、批量煎煮中药，效率高，且充分继承传统中医煎药优点 14、每灶耗电：单灶武火 15 分钟、文火 25 分钟耗电≤0.3 度 15、外观设计：采用不锈钢外壳，长 X 宽 X 高：≥155X70X96 cm
2	招标文件-第三章 采购需求-技术参数-81. 经颅磁治疗仪	一、主要技术参数 1、刺激发生器（主机） 1.1)最大刺激频率：100Hz，0Hz~100 Hz 可调刺激频率调节：脉冲频率在 1Hz 以下时调节步长为 0.1Hz，超过 1Hz 时步长为 1Hz。 1.2)同一主机可兼多种线圈，支持线圈 10 秒内快速更换。	1、工作环境 环境温度：5℃~40℃；相对湿度：不大于 80%； 大气压力：700~1060hPa；使用电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。 额定输入功率：60VA。 2、尺寸：长 450mm，宽 400mm，高 800mm， 3、治疗帽：由 1 个大号治疗头和 8 个小

		1.3)温度显示与控制保护:≤41℃ 1.4)具备 TTL 触发接口:可兼容国内外主流的 EMG、EEG 等设备。 2、TMS 管理软件 2.1)支持多种刺激模式包括:单脉冲刺激模式,重复脉冲刺激模式,爆发刺激模式,成对脉冲刺激模式,各模式可自由调整。 2.2)可进行刺激参数的选择设置,设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。 2.3)脉冲可设置强度递增式释放,强度从运动阈值(MT)的 0-200%可调,使病人能更快的适应治疗。 2.4)系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述,辅助操作人员精准定位。 2.5)报告输出方式:自动化输出报告,也可根据需求自定义编辑报告模板。 2.6)具备 HIS 接入功能,直接调用 HIS 的患者信息;便于医生工作和保留完整的数据。 3、刺激线圈 3.1)符合《中华人民共和国医药行业标准 YY/T 0994-2015》磁刺激设备最大磁感应强度应不小于 1T。 3.2)线圈自带显示屏实时呈现温度和强度,可单手调节强度大小,快速检测运动阈值。 3.3)脉冲输出自动计数功能,客观评估线圈使用寿命。 3.4)磁感应强度最大变化率:10~50K T/s 3.5)脉冲上升时间:40~120 μs 3.6)双向波单边脉冲宽度:100~200 4、推车及支臂 4.1)原装配置专业台车,保证安全 4.2)万向可调节线圈固定支臂,360度旋转调节高度可调,长度≥1米。 4.3)支臂可固定于推车左/右两侧,方便推到床旁治疗。	号治疗头组成; 4、颈椎治疗带:由 7 个治疗块组成。 5、双路通道输出。 6、输出磁场强度 弱档:7mT±2mT; 强档:14mT±4mT。 7、输出磁场波形:正弦波。 8、输出模式 1 种定频模式:50Hz,允差±1Hz; 1 种变频模式:5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz 连续循环 9、振动 幅度:1mm(p-p),允差±0.2mm; 频率:50Hz,允差±1Hz; 输出模式:振动 1sS,间歇 2s,循环重复以上过程,允差±0.1s。 10、治疗时间:分 20min 和 30min 两档可调,允差±30s,治疗时间倒计时结束后,停止输出,并有声音提示。 11、配置超静音脚轮,移动方便,无噪音。 12、显示方式:数码管
--	--	---	--

更正日期:2024 年 4 月 26 日

三、其他补充事宜

其他内容不变

四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系



1.采购人信息

名 称：河池市金城江区河南社区卫生服务中心

地 址：河池市金城江区南新西路 125-12-15 号

联系人:王主任 联系方式：0778-2109349

2.采购代理机构信息

名 称：广西诚宸项目管理有限公司

地 址：河池市金城江区虎山路 1018 号华锡车选金三期小区 11 栋 2 单元 303 号房

项目联系人：韩工 联系方式：0778-7984595

招标人：_____（盖单位公章）



招标代理机构：_____（盖单位公章）



2024 年 4 月 26 日

