

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：泰顺县雅阳镇中心卫生院（泰顺县人民医院医共体雅阳分院）CT项目（0625-24215441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波丰珅医疗器械有限公司	杭州鑫浩佳医疗科技有限公司	宁波升晖医疗器械有限公司
1	技术	对应于《第四章 招标内容及需求》“一、技术要求”响应情况进行评价。每项要求分值详见《第四章 招标内容及需求》，完全满足该条款得到该条款对应分值，如果不满足该条款不能得分。招标文件要求提供证明而投标文件中未提供的，该条款不能得分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。	0-50	46.0	30.0	50.0
2	商务	同类项目业绩，提供与本次投标核心产品CT同型号产品且与不同最终用户签订的合同复印件，每个业绩得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号、日期和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.6	1.2	3.0
3	商务	投标人提供的CT原厂整机年保修价格（投标人与CT原厂同时盖章）： CT整机年保修价格<投标价8%得3分，投标价8%≤CT整机年保修价格<投标价9%得2分，投标价9%≤CT年保修价格<投标价10%得1分，CT整机年保修价格≥投标价10%得0分。未提供CT原厂整机年保修价格的投标无效，投标人与CT原厂未同时盖章等其他不符合要求的得0分。	0-3	0.0	2.0	3.0
4	商务	保修期延长：保修期每超招标文件规定最低年限1年加2分，最高得分为4分。超过部分不足1年的部分不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
5	技术	安装调试与验收： 对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的安装调试与验收方案：①明确安装方案和安装人员配置；②提供进度计划，保证7天内完成安装调试的方案；③提供设备布局图纸，包括电气结构图、辐射防护图；④提供安装调试程序及控制方案；⑤提供验收方案及设备检测方案。上述方案每点分值1分，根据方案保证安装调试与验收的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0
6	技术	售后服务：对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的售后服务方案或措施：①明确年度保养计划，保证满足开机率≥95%的措施及方案；②提供7*24小时技术支持和远程维修诊断服务方案；③提供备品备件、专用工具的保障措施；④明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，提供免费软件升级和PACS系统接入方案。上述方案或措施每点分值1分，根据方案保证售后服务质量的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0
7	商务	环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	50.6	37.2	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：泰顺县雅阳镇中心卫生院（泰顺县人民医院医共体雅阳分院）CT项目（0625-24215441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波丰珅医疗器械有限公司	杭州鑫浩佳医疗科技有限公司	宁波升晖医疗器械有限公司
1	技术	对应于《第四章 招标内容及需求》“一、技术要求”响应情况进行评价。每项要求分值详见《第四章 招标内容及需求》，完全满足该条款得到该条款对应分值，如果不满足该条款不能得分。招标文件要求提供证明而投标文件中未提供的，该条款不能得分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。	0-50	46.0	30.0	50.0
2	商务	同类项目业绩，提供与本次投标核心产品CT同型号产品且与不同最终用户签订的合同复印件，每个业绩得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号、日期和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.6	1.2	3.0
3	商务	投标人提供的CT原厂整机年保修价格（投标人与CT原厂同时盖章）： CT整机年保修价格<投标价8%得3分，投标价8%≤CT整机年保修价格<投标价9%得2分，投标价9%≤CT年保修价格<投标价10%得1分，CT整机年保修价格≥投标价10%得0分。未提供CT原厂整机年保修价格的投标无效，投标人与CT原厂未同时盖章等其他不符合要求的得0分。	0-3	0.0	2.0	3.0
4	商务	保修期延长：保修期每超招标文件规定最低年限1年加2分，最高得分为4分。超过部分不足1年的部分不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
5	技术	安装调试与验收： 对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的安装调试与验收方案：①明确安装方案和安装人员配置；②提供进度计划，保证7天内完成安装调试的方案；③提供设备布局图纸，包括电气结构图、辐射防护图；④提供安装调试程序及控制方案；⑤提供验收方案及设备检测方案。上述方案每点分值1分，根据方案保证安装调试与验收的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-5	2.0	2.0	5.0
6	技术	售后服务：对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的售后服务方案或措施：①明确年度保养计划，保证满足开机率≥95%的措施及方案；②提供7*24小时技术支持和远程维修诊断服务方案；③提供备品备件、专用工具的保障措施；④明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，提供免费软件升级和PACS系统接入方案。上述方案或措施每点分值1分，根据方案保证售后服务质量的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0
7	商务	环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	50.6	37.2	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 泰顺县雅阳镇中心卫生院（泰顺县人民医院医共体雅阳分院）CT项目（0625-24215441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波丰珅医疗器械有限公司	杭州鑫浩佳医疗科技有限公司	宁波升晖医疗器械有限公司
1	技术	对应于《第四章 招标内容及需求》“一、技术要求”响应情况进行评价。每项要求分值详见《第四章 招标内容及需求》，完全满足该条款得到该条款对应分值，如果不满足该条款不能得分。招标文件要求提供证明而投标文件中未提供的，该条款不能得分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。	0-50	46.0	30.0	50.0
2	商务	同类项目业绩，提供与本次投标核心产品CT同型号产品且与不同最终用户签订的合同复印件，每个业绩得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号、日期和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.6	1.2	3.0
3	商务	投标人提供的CT原厂整机年保修价格（投标人与CT原厂同时盖章）： CT整机年保修价格<投标价8%得3分，投标价8%≤CT整机年保修价格<投标价9%得2分，投标价9%≤CT年保修价格<投标价10%得1分，CT整机年保修价格≥投标价10%得0分。未提供CT原厂整机年保修价格的投标无效，投标人与CT原厂未同时盖章等其他不符合要求的得0分。	0-3	0.0	2.0	3.0
4	商务	保修期延长：保修期每超招标文件规定最低年限1年加2分，最高得分为4分。超过部分不足1年的部分不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
5	技术	安装调试与验收： 对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的安装调试与验收方案：①明确安装方案和安装人员配置；②提供进度计划，保证7天内完成安装调试的方案；③提供设备布局图纸，包括电气结构图、辐射防护图；④提供安装调试程序及控制方案；⑤提供验收方案及设备检测方案。上述方案每点分值1分，根据方案保证安装调试与验收的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-5	1.6	1.6	4.8
6	技术	售后服务：对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的售后服务方案或措施：①明确年度保养计划，保证满足开机率≥95%的措施及方案；②提供7*24小时技术支持和远程维修诊断服务方案；③提供备品备件、专用工具的保障措施；④明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，提供免费软件升级和PACS系统接入方案。上述方案或措施每点分值1分，根据方案保证售后服务质量的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-4	1.6	1.6	3.8
7	商务	环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	49.8	36.4	68.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 泰顺县雅阳镇中心卫生院（泰顺县人民医院医共体雅阳分院）CT项目（0625-24215441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波丰珅医疗器械有限公司	杭州鑫浩佳医疗科技有限公司	宁波升晖医疗器械有限公司
1	技术	对应于《第四章 招标内容及需求》“一、技术要求”响应情况进行评价。每项要求分值详见《第四章 招标内容及需求》，完全满足该条款得到该条款对应分值，如果不满足该条款不能得分。招标文件要求提供证明而投标文件中未提供的，该条款不能得分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。	0-50	46.0	30.0	50.0
2	商务	同类项目业绩，提供与本次投标核心产品CT同型号产品且与不同最终用户签订的合同复印件，每个业绩得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号、日期和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.6	1.2	3.0
3	商务	投标人提供的CT原厂整机年保修价格（投标人与CT原厂同时盖章）： CT整机年保修价格<投标价8%得3分，投标价8%≤CT整机年保修价格<投标价9%得2分，投标价9%≤CT年保修价格<投标价10%得1分，CT整机年保修价格≥投标价10%得0分。未提供CT原厂整机年保修价格的投标无效，投标人与CT原厂未同时盖章等其他不符合要求的得0分。	0-3	0.0	2.0	3.0
4	商务	保修期延长：保修期每超招标文件规定最低年限1年加2分，最高得分为4分。超过部分不足1年的部分不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
5	技术	安装调试与验收： 对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的安装调试与验收方案：①明确安装方案和安装人员配置；②提供进度计划，保证7天内完成安装调试的方案；③提供设备布局图纸，包括电气结构图、辐射防护图；④提供安装调试程序及控制方案；⑤提供验收方案及设备检测方案。上述方案每点分值1分，根据方案保证安装调试与验收的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0
6	技术	售后服务：对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的售后服务方案或措施：①明确年度保养计划，保证满足开机率≥95%的措施及方案；②提供7*24小时技术支持和远程维修诊断服务方案；③提供备品备件、专用工具的保障措施；④明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，提供免费软件升级和PACS系统接入方案。上述方案或措施每点分值1分，根据方案保证售后服务质量的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0
7	商务	环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	50.6	37.2	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 泰顺县雅阳镇中心卫生院（泰顺县人民医院医共体雅阳分院）CT项目（0625-24215441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波丰珅医疗器械有限公司	杭州鑫浩佳医疗科技有限公司	宁波升晖医疗器械有限公司
1	技术	对应于《第四章 招标内容及需求》“一、技术要求”响应情况进行评价。每项要求分值详见《第四章 招标内容及需求》，完全满足该条款得到该条款对应分值，如果不满足该条款不能得分。招标文件要求提供证明而投标文件中未提供的，该条款不能得分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。	0-50	46.0	30.0	50.0
2	商务	同类项目业绩，提供与本次投标核心产品CT同型号产品且与不同最终用户签订的合同复印件，每个业绩得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号、日期和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.6	1.2	3.0
3	商务	投标人提供的CT原厂整机年保修价格（投标人与CT原厂同时盖章）： CT整机年保修价格<投标价8%得3分，投标价8%≤CT整机年保修价格<投标价9%得2分，投标价9%≤CT年保修价格<投标价10%得1分，CT整机年保修价格≥投标价10%得0分。未提供CT原厂整机年保修价格的投标无效，投标人与CT原厂未同时盖章等其他不符合要求的得0分。	0-3	0.0	2.0	3.0
4	商务	保修期延长：保修期每超招标文件规定最低年限1年加2分，最高得分为4分。超过部分不足1年的部分不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
5	技术	安装调试与验收： 对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的安装调试与验收方案：①明确安装方案和安装人员配置；②提供进度计划，保证7天内完成安装调试的方案；③提供设备布局图纸，包括电气结构图、辐射防护图；④提供安装调试程序及控制方案；⑤提供验收方案及设备检测方案。上述方案每点分值1分，根据方案保证安装调试与验收的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0
6	技术	售后服务：对应招标文件《第四章 招标内容及需求》“三、商务要求”，评价响应的售后服务方案或措施：①明确年度保养计划，保证满足开机率≥95%的措施及方案；②提供7*24小时技术支持和远程维修诊断服务方案；③提供备品备件、专用工具的保障措施；④明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，提供免费软件升级和PACS系统接入方案。上述方案或措施每点分值1分，根据方案保证售后服务质量的科学性、有效性等综合评价，评分范围1、0.8、0.6、0.4、0.2、0分；如未提供方案，该点不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
7	商务	环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	50.6	38.2	66.0

专家（签名）：